

TIBBİ PARAZİTOLOJİ LABORATUVARI
2021 YILI TIBBİ MALZEME İSTEK LİSTESİ

SIRA NO	TEST ADI	MIKTAR	BİRİM
1	Gaitada Gizli Kan Test Kiti	5000	Test

Prof.Dr. İ. Cüneyt BALCI OĞLU
C.B.U. HASTANESİ
Tıbbi Parazitoloji A.B.D.
Dip.No: 7010 - Dip.Tes.No: 4024

Prof.Dr. Sinem AKÇALI
Cebir Bayar Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji A.B.D.
Fak.Fts.No: 69124 - Fak.Fts.No: 65384

Gaitada Gizli Kan Test Kiti Teknik Şartnamesi

- 1) Test immünokimyasal yöntemle gaitada insan hemoglobini tayin etmelidir.
- 2) Numune verme işlemi öncesinde hastaya diyet yaptırma gereği duyulmamalıdır.
- 3) Testin kalitatif pozitif sonuç değeri 50 ng/ml olmalıdır.
- 4) Analiz için kit haricinde başka bir malzeme gerektirmemelidir.
- 5) Testler üretici firmanın ambalajında ayrı ayrı paketlenmiş olmalıdır.
- 6) Test prosedürü santrifüj gerektirmemeli ve sonuçlar en geç on dakika içerisinde alınabilmelidir.
- 7) Seyreltici reaktif gaita toplama tüpleri içerisinde hazır bulunmalıdır.
- 8) Kit reaktifleri ve kit + 2-30 0C aralığında saklanabilmelidir.
- 9) Her solüsyonun içerisine ekstrakte edilen numune en az 3 gün oda sıcaklığında saklanabilmelidir.
- 10) Test kasetinde sonuçlar tek çizgi, çift çizgi olarak yorumlanabilmelidir.
- 11) Son kullanma tarihi teslim tarihinden sonra en az 1 yıl olmalıdır.

Prof. Dr. İ.Cüneyt BALCIOĞLU
C.B.U. HASTANESİ
Tıbbi Fizyoloji A.D.
Dip.No: 7010 - Dip.Tes.No: 74024

Prof. Dr. Sinem AKCALI
Celal Bayar Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji AD
Dip.Tes.No: 69173 Uzmanlık Tes. No: 65384