

## BİPOLAR BAYONET KOTER PENSETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Penset hastanemizde kullanılan koter cihazlarında cut fonksiyonunda kullanıma uygun olmalıdır.
2. Penset Bipolar özellikte olmalıdır.
3. Pensetlerin boyları en az 9cm , En fazla 17,5cm boylarında olmalıdır. Pensetler izoleli olmalıdır.
4. Pensetler ile birlikte her penset için 1 adet koter kablosu da ücretsiz olarak verilmelidir.
5. Ürünler non stick (yapışmaz) özellikte olduğu belgelenmelidir.
6. Boyası kalkan yâda otoklavda bozulan ürünler 6 ay içinde yenisi ile değiştirilme garantisi olmalıdır. IO.bayonet uçları 0,4mm,0,7mm ve X0mm olmalıdır.(not:istenen bayonet sayısında 3 boyuttan eşit olarak bulunmalıdır.) numne değeri indirilmesi yapıp o şekilde teslim alınacaktır.
7. Üretici firma teklif edilen malzemeye yazılı olarak garanti vermelidir.
8. SGK'ya fatura edilebilmesi için UBB numaraları, barkotları ve güncel GMDN kodları bulunmalıdır.
9. İhale sırasında numune getirilmesi gereklidir.

Prof.Dr. Öner Yılmaz  
Eymay

### BİPOLAR KABLO TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Kablo uzunluğu 3.6m olmalıdır.
- 2- Valleylab kotere uyumlu olmalıdır.
- 3- Valleylab Bipolar forsepe uyumlu olmalıdır.
- 4- Hem elden hem ayaktan kumandalı olmalıdır.
- 5- Çok kullanımlı olmalıdır.
- 6- Otoklava girebilmelidir.
- 7- Tekli pakette ve orjinal kutusunda olmalıdır.
- 8- Paket üzerinde ürün detayları ve markası belirtilmiş olmalıdır.
- 9- Steril paketlenmiş malzeme en az 2 yıl miyadlı olmalıdır.
- 10- Üretici firma teklif edilen malzemeye yazılı olarak garanti vermelidir.
- 11- SGK'ya fatura edilebilmesi için UBB numaraları, barkodları ve güncel GMDN kodları bulunmalıdır.
- 12- İhale sırasında numune getirilmesi gereklidir.

Prof. Dr. Emre Tümer  
Eymen