

RADIAL İLETİM SİSTEMLİ EMBOLİZAN (DMSO İÇERMEYEN) AJAN ŞARTNAMESİ (SUT:KV4018)

- 1) Venöz damarların perkütan yolla ven lümeni içerisinde kapatılması işlemi için uygun olmalıdır.
- 2) Vein sealing sistem içerisinde verilebilmelidir.
- 3) Sistem içerisinde embolizan ajan uyumlu PTFEE teslim kateteri bulunmalıdır.
- 4) Uyumlu teslim kateterinin distal ucunda 10 mm uzunluğunda nitinol plaka bulunmalıdır.
- 5) Teslim kateteri embolizan ajanı direkt (linear) şekilde karşıya değil damar içerisine dairesel şekilde iletebilir yapıda olmalıdır.
- 6) Embolizan ajan kateteri sapheno femoral bileşkeye 1 cm den uzaklıkta iletim sağlayabilmelidir.
- 7) Embolizan ajan uyumlu kateteri üzerinde karşılıklı 100 mikron çapında çoklu mikro porlar bulunmalı ve ajan iletimi dairesel şekilde mevcut mikroporlardan yapılmalıdır.
- 8) 1 cc lik şişede steril edilmiş halde bulunmalıdır.
- 9) Yüksek yoğunluklu olmalıdır ve DMSO içermemelidir.
- 10) Vein sealin ajan disposable ve EQ/A steril olarak son kullanıcıya teslim edilmelidir.
- 11) Vein sealin ajan, tabanca kilit mekanizmasına uyumlu RADIAL mikrotelım kateterinden, fasialı olarak her 5 sn lik atımda her 1-3 cm'lik damar segmentine 0,1 cc ajan zerkedilebilir özellikte her 10 cm lik segmente 0,3 cc gidebilecek yoğunlukta olmalıdır.
- 12) Vein sealin ajan, sızdırmaz ve en az 12 ay miatlı olmalıdır.
- 13) İhaleye girecek firmalar distribütör firma tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır. Bunu yetki belgesiyle göstermelidir ve bu belge ihale dokümanlarında sunulmalıdır.
- 14) Distribütör firmanın teknik ekip kadrosunda Tıp Doktoru ve/veya Biyomedikal Mühendisi bulunmalıdır.
- 15) İhaleye girecek firmalar en az 2 gün önceden kullanılacak malzemeyi ilgili klinikte denetip uygunluk belgesi almalıdır.
- 16) İlgili şartname maddelerine birebir uymayan firmaların teklifleri değerlendirilmez.

Prof. Dr. Mustafa CERRAHOĞLU
C.B.D. TIP FAKÜLTESİ
Kardiyoloji Kliniği
Diy. Tes. No: 34797
Uzm. İst. No: 26662