

NEBULİZATÖR SET OKSİJEN MASKELİ (ERİŞKİN VE ÇOCUK) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Burun ve yüz yapısına anatomik olarak uygun olmalıdır.
2. Yumuşak, şeffaf, tahriş etmeyen, non toksik medikal sınıf PVC'den yapılmış olmalıdır.
3. Maskenin yüze değen kısmı yuvarlatılmış ve düz kenarlı olmalıdır.
4. Kolayca temizlenebilmelidir.
5. Maskenin O₂ giriş yeri ile flowmetre arasında ara konektörü olmalı ve hortumu en az 200 cm uzunlukta olmalıdır.
6. Başı çevreleyen lastiği esnek fakat kolay deforme olmayacak nitelikte olmalıdır.
7. Arkadan başa geçirilmesi için boyu ayarlanabilir lastiği bulunmalıdır.
8. Maskenin her iki yanında fazla O₂ ve CO₂'i çıkaracak delikler olmalıdır.
9. Hortumu kaza ile kırılma O₂'ni iletebilme özelliğine sahip olmalıdır.
10. Yüzde rahat durmayı sağlayacak tahriş yapmayan burun üzerine yerleştirilen ince metal mandalı olmalıdır.
11. Maskenin hortum kısmı oksijen sistemine bağlı olan manometreye uyumlu olmalı, kolay takılmalı, kendiliğinden çıkmamalıdır.
12. Maskenin hortum kısmı ambuya da takılabilir nitelikte olmalıdır.
13. Ambalajı tekli temiz poşet içinde olmalıdır.
14. İlaç vermeye uygun haznesi olmalıdır.
15. İlaç haznesi 8 ml. kapasiteli olmalıdır.
16. Erişkin ve çocuk boyları olmalıdır.
17. Teklif veren firma denenmek üzere orijinal 5 (beş) adet numuneyi hastane tıbbi sarf deposuna teslim etmelidir.
18. Verilen numune örnekleri ile teslim edilen ürün aynı olmalıdır.
19. Numunelerden 2 tanesi şahit numune olarak saklanacaktır.
20. Ürünün UBB ve UTS belgesi olmalıdır.

Ferya Karadağ YALÇIN
Sağlık Hizmetleri Müdürü



AQUAPAK TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.En az 650 ml.rezervuara sahip olmalıdır.
- 2.Klinikte kullanılan flowmetrelere uygun oksijen kelebek adaptör olmalıdır.
- 3.Ürün klinikte kullanılan flowmetreler uygun değilse ilgili firma tarafından uygun hale getirilmelidir.
- 4.Adaptör ve su aynı paket içersinde,ayrı ambalajlarda ve steril olmalıdır.
- 5.Ürünün Sağlık Bakanlığı onaylı UTS kodu olmalıdır.
- 6.Inhalasyon amaçlı kullanılabilirmelidir.
- 7.Küvez ve ventilatörde kullanıma uygun olmalıdır.


Leyla GÜNDOĞDU ÇETİN
Başhekim Yard.

BESLENME SONDASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Toksik olmayan, tahriş etmeyen medikal PVCden üretilmiş olmalıdır.
2. X-Ray altında görüntü alabilmek için radio-opak çizgi katater boyunca uzatılmış olmalıdır.
3. Numaraların kolay ayırt edebilmesi için renkler ile kodlandırılmış olmalıdır.
4. Numaralar ve boyutlar standartlara uymalıdır.
5. Beslenme sondasının hortumu boyunca seviyeyi belirlemek için rakamlar olmalıdır.
6. Beslenme sondası 50 ±4 cm uzunlukta olmalıdır.
7. Proksimal ucu, "çam ağacı" (konik konnektör) ve enjektör girişine uyumlu ve kapaklı olmalıdır.
8. Giriş kolaylığı sağlayan yüzeye sahip olmalıdır.
9. Giriş kolaylığı sağlayacak nitelikte, bükülmeyi önleyen uygun sertliğe sahip olmalıdır.
10. Travma oluşturmamanı yuvarlatılmış kapalı distal ucu olmalı, sondanın uca yakın kısmının iki yanında çapraz delikler bulunmalıdır.
11. Kapağı tam kapanmalı, kolayca açılmamalı, sızıntı oluşturmamalı; hastanemizde kullanılan enjektör girişlerine uyumlu olmalıdır.
12. Paket steriliteyi bozmayacak şekilde kolay açılabilir olmalıdır.
13. Steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
14. Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 3(üç) yıl olmalıdır.
15. Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeyi kabul etmelidir.
16. Firma kullanım süresince imalat hatası bulunan ürünlerden sorumlu olmalı ve bu tür ürünleri değiştirmeyi kabul etmelidir.
17. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
18. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi, lot numarası, referans numarası, saklama koşulları belirtilmelidir.
19. Satın alınan malzeme kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir. (Periyot tarihleri ihale sonrası belirlenir, belirlenen tarihten yedi gün önce veya sonra teslimat gerçekleştirilir).
20. Teklif veren firma denenmek üzere 5 (beş) adet numuneyi hastane tıbbi sarf deposuna teslim etmelidir.
21. Numuneler değerlendirildikten sonra uygunluk kararı verilecektir.
22. Uygunluk raporu verilen numunelerin alımı yapıldıktan sonra alınan ürünlerle muayeneden geçen ürünler aynı özelliği taşımalıdır. 2 (iki) adet numune şahit numune olarak saklanacaktır.
23. Yüklenici firma teklif ettiği malzemeye ait UBB UTS bilgilerini fatura ile birlikte teslim etmelidir.

Ferya Karadağ YALIN
Sağlık Hizmetleri Müdürü

