

- 10.11.Cihazda tüm dört kanal için alt ve üst alarm limitleri ayrı ayrı ayarlanabilmeli ve sesli alarmlar istendiğinde bir süre için ayrı ayrı susturulabilmelidir.
- 10.12.Cihazın alt alarm limiti 20-95 arasında, üst alarm limiti de 20-95 arasında ayarlanabilmelidir. Alt ve üst alarm limitleri çakışmamalıdır.
- 10.13.Cihaz alternatif gerilim veya dahili bataryası ile çalışabilmelidir.
- 10.14.Cihaz 220 Volt 50 Hz şebeke gerilimi ile çalışabilmelidir.
- 10.15.Cihaz dahili bataryası ile en az 20 (yirmi) dakika çalışabilmelidir.
- 10.16.Cihazın 10.4 inç boyunda renkli TFT-LCD ekranı olmalıdır.
- 10.17.Cihaz 24 saat boyunca hasta verilerini dakikada iki defa olmak üzere hafızasında tutabilmelidir.
- 10.18.Cihazda olayları işaretlemek için "event" tuşu olmalıdır. En az 24 (yirmidört) adet olay hafızada kaydedilmelidir.
- 10.19.Cihaz taşınabilir olmalı ağırlığı 5 (beş) kg.'ı geçmemelidir.
- 10.20.Hasta trendleri USB bellek aracılığı ile PC'ye aktarılabilmelidir.
- 10.21.Cihazla birlikte aşağıdaki aksesuarlar ücretsiz olarak verilecektir.
- 10.21.1- 1 (bir) adet 2 kanal Preamplifier ve kablosu (Kanal 1 ve 2)
- 10.21.2- 1 (bir) adet 2 kanal Preamplifier ve kablosu (Kanal 3 ve 4)
- 10.21.3- 1 (bir) adet kanal 1 için çok kullanımlık sensör kablosu
- 10.21.4- 1 (bir) adet kanal 2 için çok kullanımlık sensör kablosu
- 10.21.5- 1 (bir) adet kanal 3 için çok kullanımlık sensör kablosu
- 10.21.6- 1 (bir) adet kanal 4 için çok kullanımlık sensör kablosu
- 10.21.7- 1 (bir) adet VueLink Adaptör Kablo
- 10.21.8- 1 (bir) adet USB Flash Drive
- 10.21.9- 1 (bir) adet güç kablosu
- 10.22.İhale uhdemizde kaldığı takdirde tüm sensörler hastaneye tek seferde teslim edilecektir.
- 10.23. Cihaz ve malzemeler üretim ve işçilik hatalarına karşı 1 (bir) yıl garanti kapsamında olmalı, garanti süresini takip eden 7 (yedi) yıl boyunca yedek parça temini ve servis garantisi olmalıdır.

Prof. Dr. Mustafa C. KOCALU
D.E.U. TIP FAKÜLTESİ
KARDİYOLOJİ ANA BİLİM DALI
D. No: 33701
Uz. Tıp. Dr. Mustafa C. KOCALU