

## Akupunktur İğneleri teknik şartname

- 1- 0.25X25 mm çelik akupunktur iğnesi ayrı ayrı paketlenmiş olmalıdır.
- 2- 0.20X13mm çelik akupunktur iğnesi ayrı ayrı paketlenmiş olmalıdır.
- 3- 0.20X13mm altın (gold) akupunktur iğnesi ayrı ayrı paketlenmiş olmalıdır.
- 4- 0.20X13mm gümüş (silver) akupunktur iğnesi ayrı ayrı paketlenmiş olmalıdır.
- 5- 0.16X07 mm çelik akupunktur iğnesi.
- 6- 0.22X2.0 mm çelik kulak akupunktur iğnesi ayrı ayrı paketlenmiş olmalıdır.
- 7- İğnesiz kulak akupunktur tohumu ayrı ayrı paketlenmiş olmalıdır
- 8- Steril ve disposable olmalıdır.

Op No 27471R Subm No 000000  
 ALPHABETIC INDEX 00124