

Dolgu kantilleri Teknik şartname

1. Kantiller steril olmalıdır.
2. Dermal uygulamaya uygun esneklikte olmalıdır.
3. 25G 50MM, 27G 50MM ve 30G 25MM boyutlarında olmalıdır.
4. Enjektöre kolay yerleştirilebilmelidir.
5. Enjeksiyon sırasında enjektörden çıkmamalıdır.

Prof. Dr. İzzet MANİS  
C.B.U. Dermatoloji ADI  
Diploma No: 88091

CGI LABORATUVAR  
CELALPAZARI