

EKG ELEKTRODU ŞARTNAMESİ

1. Çıt çıt sistemine uygun olmalıdır.
2. Pediyatrik kullanıma uygun yapılmış olmalıdır.
3. Hasta vücuduna çok iyi yapışmalıdır.
4. Hastaların vücut banyolarından etkilenmemelidir.
5. İç yüzeydeki jelli bölge kuru olmamalı ve iyi iletim sağlamalıdır.
6. Hipoallerjik olmalıdır.
7. Ürün teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl miatlı ve ambalaj üzerinde son kullanma tarihi olmalıdır.

ÇOCUK EKG MANDALI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Mandallar ekş çekimine uygun olmalıdır.
2. Mandalların tüm yüzeyi gümüş-gümüş klorür(Ag-AgCl) ile kaplı olmalıdır.
3. Mandalların tüm yüzeyi pürüzlü ve delik olmamalıdır.
4. Mandalların iletkenliği yüksek olmalıdır.
5. Metal kısımları paslanmaz olmalıdır.
6. Mandallar Nihon Kohden marka cihaza uyumlu olmalıdır.
7. Mandallar dörtlü set şeklide takım halinde olmalıdır.
8. Mandallar çocuk hastaların kullanımına uygun olmalıdır.

Prof.Dr.Şenol COŞKUN
Çocuk Sağlığı ve Hast. Uzmanı
Pediyatrik Kardiyolog
Dip.No:6968 Dip.Tes.No:34652-43458

Prof.Dr.Şenol COŞKUN
Çocuk Sağlığı ve Hast. Uzmanı
Pediyatrik Kardiyolog
Dip.No:6968 Dip.Tes.No:34652-43458