

STERİL ELDİVEN ŞARTNAMESİ

1. Paket içinde bir çift olmalıdır.
2. Disposable olmalıdır.
3. Anatomik yapıya uygun olmalıdır.
4. Allerjik olmamalı ve pudralı olmalıdır.
5. Poşetin üzerinde imal tarihi ve son kullanma tarihi olmalıdır.
6. Tek kullanımlık ve steril olmalıdır.
7. 6.5-7-7.5-8-8.5 numaralarda üretilmiş olmalıdır.
8. Poşetin rahat açılabilmesi için bir ucunda açma işareti olmalıdır.
9. Üzerinde steril olduğunu gösteren renkli bir endikatör olmalıdır.
10. Teslim edilecek ürünlerden en az 5 adet numune ameliyat hane sorumlu hemşiresine teslim edilecek. Bu ürünler cerrahi ekipler tarafından denendikten sonra verilecek teknik raporla bildirilecektir.
11. 2 adet şahit numune olarak değerlendirilecektir.
12. ihaleyi kazanan firmanın teslim edeceği ürünler verilen numuneler ile aynı lot ve UTS numarasına sahip olmalıdır.

Leyla GÜNDOĞDU ÇETİN
Hemşirelik Hizmetleri
Müdür Yrd.

PUDRASIZ STERİL ELDİVEN ŞARTNAMESİ

1. Paket içinde bir çift olmalıdır.
2. Dispoşibl olmalıdır.
3. Anatomik yapıya uygun olmalıdır.
4. Allerjik olmamalı ve pudrasız olmalıdır.
5. Poşetin üzerinde imal tarihi ve son kullanma tarihi olmalıdır
6. Tek kullanımlık ve steril olmalıdır.
7. 6,5-7-7,5-8-8,5 numaralarda üretilmiş olmalı.
8. Poşetin rahat açılabilmesi için bir ucunda açma işareti olmalıdır.
9. Üzerinde steril olduğunu gösteren bir endikatör olmalı.
10. Teslim edilecek ürünlerden en az 5 adet numune ameliyathane Sorumlu hemşiresine teslim edilecek. bu ürünler cerrahi ekipler tarafından verilecek teknik raporla bildirilecektir.
11. 2 adet şahit numune olarak değerlendirilecektir.
12. İhaleyi kazanan firmanın teslim edeceği ürünler verilen numuler ile aynı lot ve uts numarasına sahip olmalıdır.

[illegible]