

ENDOTRAKEAL TÜP (SİRALI) ŞARTNAMESİ

1. Oral nasal kullanıma uygun olmalıdır.
2. Gövdeye yerleşik metal spiraller bulunmalıdır.
3. Travma oluşturmeyen, yuvarlatılmış ucu olmalıdır.
4. Düşük basınçlı balonu olmalıdır.
5. Santimetre ölçekli derinlik işaretleri bulunmalıdır.
6. Radyoopak çizgi olmalıdır.
7. Valfli pilot balonu olmalıdır.
8. Sabit bağlantı konnektörü olmalıdır.
9. Şeffaf olmalıdır.
10. Ürünün miyadı en az 2 (iki) yıl olmalıdır.
11. Numune getirilmesi zorunludur.
12. Getirilen numuneler anestezi ekibi (anestezi doktoru ,anestezi hemşiresi ve anestezi teknisyeni) tarafından değerlendirilip kullanıma uygunluğu tespit edilecektir.
13. UBB ve ÜTS'ye kayıtlı olmalıdır.

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The stamp contains some text that is mostly illegible due to the signature and the quality of the scan. The signature appears to be a stylized name or set of initials.

ENDOTRAKEAL TÜP (RİJİT) ŞARTNAMESİ

1. Oral nasal kullanıma uygun olmalıdır.
2. Travma oluşturmayan yuvarlatılmış ucu olmalıdır.
3. Murphy gözü olmalıdır.
4. Düşük basınçlı balonu olmalıdır.
5. Cm ölçekli derinlik çizgileri olmalıdır.
6. Radyopak çizgisi olmalıdır.
7. Valfi pilot balonu olmalıdır.
8. Bağlantı konnektörü olmalıdır.
9. Şeffaf olmalıdır.
10. Ürünün miyadı en az 2(iki) yıl olmalıdır.
11. 2,5,3-3,5 -4- 4,5 – 5 – 5,5- 6-6,5 -7-7,5-8-8,5 numaraları olmalıdır.
12. Numune getirilmesi zorunludur.
13. Getirilen numuneler anestezi ekibi (anestezi doktoru ,anestezi hemşiresi ve anestezi teknisyeni) tarafından değerlendirilip kullanıma uygunluğu tespit edilecektir.
14. UBB ve ÜTS kaydı olmalıdır.

