

LORD TEKNİĞİ İLE EPİDURAL SET ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

1. Kanül, atraumatik tuohy bileyli, 1.3 mm (18 G) çapında, en fazla 80 mm uzunluğunda olmalıdır.
2. İğne üzerinde 1'er cm'lik uzunluk işaretleri olmalıdır.
3. Kanül, şeffaf kilit bağlantılı olmalıdır.
4. Kanül, renk kodlu mandrenli olmalıdır.
5. Epidural kateter, uzaktan ayırt edilmeyi sağlayacak sarı renkte ve dura veya damara girildiğini ayırt edecek düzeyde şeffaf olmalıdır.
6. Epidural kateter, iç katman kateterin takılışını kolaylaştıracak şekilde sert poliamid, dış kısmı vücut sıcaklığında yumuşayan böylece kateterin atraumatik olmasını sağlayacak şekilde poliyüretan materyalinden mamül iki katmanlı olmalıdır.
7. Kateter, 3 adet radyoopak çizgiye sahip olmalıdır.
8. Epidural kateterin, 4 cm uzunluğunda inceltilmiş fleksibl yumuşak, konikleştirilmiş ucu damar ve dura perforasyonuna engel olacak dizaynda olmalıdır.
9. Epidural kateter, 100 cm uzunluğunda, (20 G) çapında ve uzunluk işaretli olmalıdır.
10. Epidural kateter, anesteziik maddenin yayılımını iyi sağlayacak yandan 6 mikro delikli ve ucu kapalı olmalıdır.
11. Epidural kateter, kateterin rahat yerleştirilebilmesi için yardımcı parçalı olmalıdır.
12. Kateter konektörü, latekssiz, ergonomik, kolay kullanım ve güvenli konneksiyonlu olmalıdır.
13. Kateter konektörü ve filtre sızdırmaya yol açmamalıdır. Kırılma ve çatlamlar olmamalıdır.
14. Kateter konektörü şeffaf olmalı olası kan geri akışı kolaylıkla tespit edilebilmelidir.
15. Kateter, kateter konektörü için uzunluk işaretli olmalıdır.
16. 0.2 µm'lik epidural yassı filtre, 7 bar basınca dayanıklı olmalıdır.
17. Latekssiz LOR enjektör (8 ml-10 ml) olmalıdır.
18. Orginal ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lot no, ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir. Bu bilgiler etiket üzerinde yer almamalıdır.

Yrd. Doç. Dr. Arif Kaya
CBÜTÜ, Anestezi ve Reanimasyon
Dip. No: 9543 / T.C. Sağlık Bakanlığı