

DISPOSABLE V BİÇAKLI TROKAR 5-11 MM

1. Disposable olmalıdır.
2. Endoskopik ameliyatlarda kullanıma uygun olmalıdır.
3. Trokar sistemi, obtüratör ve kanülden oluşmalıdır. Bu sistemde bıçak kanüle her yönden oturarak kullanımı sağlamalıdır.
4. Trokar, 5-11 mm çapındaki el aletlerinin geçişine uygun olmalıdır.
5. Trokarın uzunluğu 100 mm olmalıdır.
6. Trokar kanülünün iç kısmında gaz kaçağını engelleyecek flap valf sistemi olmalıdır.
7. Trokarda bulunan üç yollu vana sistemi hızlı deşüflasyon olanağı veren ve batri içindeki gazın cerraha direkt olarak gelmesini engelleyen mekanizmaya sahip olmalıdır.
8. Trokarın ucunda doku yaralanmasına imkan tanıyanması için hızlı hareket eden emniyet kılıfı olmalıdır.
9. Trokarın bıçağı V şeklinde olup düz kesi yapma özelliğine sahip olmalıdır.
10. Trokar ayuğu içerisinde silindirik emniyet mekanizması aktive edilebilmeli ve bu mekanizma obtüratör üzerindeki renkli indikatörden takip edilebilmelidir.
11. Kanülün üç kısmı trokarın batri içine yerleşim esnasında cerraha rahatlık sağlaması için konik şeklinde olmalıdır.
12. Kanül üzerinde 5-11 mm el aletlerinin sorunsuz kalınlınlmasına imkan tanıyan kısıtlama bulunmalıdır.
13. Kanül üzerindeki kısıtlamaların iç kısmı cerraha manipülasyon rahatlığı ve el aletlerinin mokrara daha az zarar vermesini sağlamak için bitye şeklinde olmalıdır.
14. Kesi yönüne uygun olarak V şeklindeki bıçağın yerleştirilebilmesi için emniyet kılıfı üzerinde yönü gösterebilen bir işaret olmalıdır.
15. Trokar kanülü radiyografik çekimleri etkilemeyecek özellikte olmalıdır.
16. Steril paketlenmiş malzeme en az 2 yıl müddetli olmalıdır.
17. Ürünün ÜRS ve ÜTS kaydı bulunmalıdır.

Prof. Dr. Yavuz KAYA
ÜRS ve ÜTS Kaydı No: 10
ÜRS ve ÜTS Kaydı No: 10

DISPOSABLE V BİÇAKLI TROKAR 5-12 MM

1. Disposable olmalıdır.
2. Endoskopik ameliyatlarda kullanıma uygun olmalıdır.
3. Trokar sistemi, obtüratör ve kanülün olmalıdır. Bu sistemde bıçak kanüle her yönden oturarak kullanımı imkanı sağlamalıdır.
4. Trokar, 5-12 mm çapındaki el aletlerinin geçişine uygun olmalıdır.
5. Trokarın uzunluğu 100 mm olmalıdır.
6. Trokar kanülünün iç kısmında gaz kaçagını engelleyecek flap valf sistemi olmalıdır.
7. Trokarda bulunan üç yollu vana sistemi hızlı deşüflasyon olanağı veren ve bato içindeki gazın cerraha direkt olarak gelmesini engelleyen mekanizmaya sahip olmalıdır.
8. Trokarın ucunda doku yaralanmasına imkan tanıyanması için hızlı hareket eden emniyet kılıfı olmalıdır.
9. Trokarın bıçağı V şeklinde olup düz kesi yapma özelliğine sahip olmalıdır.
10. Trokar avuç içerisinde sıkılarak emniyet mekanizması aktive edilebilmeli ve bu mekanizma obtüratör üzerindeki renkli indikatörden takip edilebilmelidir.
11. Kanülün uç kısmı trokarın bato içine yerleşim esnasında cerraha rahatlık sağlaması için konik şekilde olmalıdır.
12. Kanül üzerinde 5-12 mm. el aletlerinin sorunsuz kullanılmasına imkan tanıyan kütçülükü bulunmalıdır.
13. Kanül üzerindeki kütçültüğünün iç kısmı cerraha manipülasyon rahatlığı ve el aletlerinin trokara daha az zarar vermesini sağlamak için bütçe şeklinde olmalıdır.
14. Kesi yönüne uygun olarak V şeklindeki bıçağın yerleştirilebilmesi için emniyet kılıfı üzerinde yönü gösterebilen bir işaret olmalıdır.
15. Trokar kanülü radiyografik çekimleri etkilemeyecek özellikte olmalıdır.
16. Steril paketi malzeme en az 2 yıl miyadlı olmalıdır.
17. Üretici firma teklif edilen malzemeye yazılı olarak garanti vermelidir.
18. Ürünün ÜBB ve ÜTS kaydı bulunmalıdır.

Prof. Dr. Yavuz KAYA
CBB TK Genel Kurul Başkanı
Dokümanlar No: 015/3725-22076

DISPOSABLE V BİÇAKLI TROKAR 5 MM

1. Disposable olmalıdır.
2. Endoskopik ameliyatlarda kullanıma uygun olmalıdır.
3. Trokar sistemi, obtüratör ve kanüliden oluşmalıdır. Bu sistemde bıçak kanüle her yönden oturarak kullanımı imkanı sağlamalıdır.
4. Trokar, 5mm çapındaki el aletlerinin geçişine uygun olmalıdır.
5. Trokarın uzunluğu 100 mm olmalıdır.
6. Trokar kanülünün iç kısmında gaz kaçağını engelleyecek sisteme sahip olmalıdır.
7. Trokarda bulunan üç yollu vana sistemi hızlı deşüflasyonu olanakları veren ve batri içindeki gazın cerraha direkt olarak gelmesini engelleyen mekanizmaya sahip olmalıdır.
8. Trokarın ucunda doku yaralanmasına trikan tanımasını için hızlı hareket eden emniyet kilit olmalıdır.
9. Trokarın bıçağı V şeklinde olup düz kesi yapma özelliğine sahip olmalıdır.
10. Kanülün uç kısmı trokarın batri içine yerleşim esnasında cerraha rahatlık sağlaması için konik şeklinde olmalıdır.
11. Trokar kanülü radiyografik çekimleri etkilemeyecek özellikte olmalıdır.
12. Steril paketteki malzeme en az 2 yıl müddetinde olmalıdır.
13. Ürünün UBB ve ÜTS kaydı bulunmalıdır.


Prof. Dr. Yavuz KAYA
C.B.U.T.F. Genel Cerrahi A.B.
Diyadin Tesc. No: 675137735-82873