

NON INVAZIV HEMOGLOBIN OLCUM SENSORU TEKNİK SARTNAMESİ

1. Sensor yetiskin hastalarda totalhemoglobin (SpHb)olcumune uygun olmalıdır.
2. Sensor 15 pinli konnektor yapısına sahip olmalı ve her 20 adet sensor ile birlikte 1 adet ara baglanti probu verilmelidir.
3. Sensor alerji yapmamalıdır.
4. Sensor hastada enaz 1 hafta kullanılabilirdir.
5. Sensor orijinal ambalajında olmalıdır.
6. Sensor ambalaji üzerinde kullanım sekli olmalıdır.
7. Sensor CE belgesine sahip olmalıdır.
8. Sensor UBB'si teklifte belirtilmelidir.
9. Firma hastaneye 200 adet sensör karşılığı 1 adet aşağıdaki özelliklere sahip cihazı kullanım amaçlı olarak verecektir.
10. Sistem elektrik kesintisi halinde tam şarjlı iken 4,(dört) saat çalışabilecek dahili şarj edilebilir bataryası olmalıdır.
11. Cihazda non-invasive olarak, yüzdesel oksijen saturasyonu (SpO2) , Perfüzyon İndeks (PI), nabız atış hızı (PR), Totalhemoglobin (SpHb), Oksijen Kontent (SpOC), PVI ölçümleri yapılabilmelidir.

Yrd.Doç.Dr. ARZU KEFİ
CBÜTE Anestezi Rean AD
Din No 9543 / Tescil No 100368