

ePTFE HEPARİN BAĞLI ERKEN DÖNEM GİRİŞİM DİYALİZ GREFTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Greftin iç ve dış yüzeyi ePTFE olmalıdır.
2. İlk 24 saat içinde dializ girişimine müsaade edecek şekilde, iç ve dış yüzey arasında ilave elastomer katman bulunmalıdır.
3. İlave elastomer katman suture deliği kanamsını önleyecek, seroma ve yalancı anevrizma riskini düşürecek.
4. Greft heparin bağlı olmalıdır. Greftteki heparinin 3 ay boyunca salgılanması özelliği ürünün kullanım klavuzunda açıkça belirtilmelidir. Kısa dönem (3 ay) bioaktif heparin aktivitesi oluşturacak şekilde, heparin ePTFE greft içine zerk edilerek, bağlı olmalıdır (bonding) ve ilk kullanımda ve kısa dönemde (1 ay), heparin aktivitesi kan akışı ile yıkanarak yok olmamalıdır. Bioaktif heparin aktivitesi sayesinde greftin erken ve geç dönem açık kalma oranları (patensi) yüksek olacaktır.
5. Teklif edilen greftlerle ilgili klinik çalışmalardaki birincil ve ikincil açık kalma (Patensi) oranları teklifte açıkça belirtilmeli, açık kalma oranları literatür ile desteklenmelidir. En yüksek açık kalma oranına sahip greftin alımı yapılacaktır
6. Teslim edilecek malzemenin son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 3 yıl olmalıdır.
7. Teklif veren firma teklif ettiği ürünle ilgili numuneyi istem yapan kliniğe teslim ederek onay almalıdır.
8. Teklif veren firma teklif ettiği malzemelerin UBB,Lod numarası,SUT kodu ve barkod numaralarını faturayla birlikte teslim etmelidir.

Malzeme Ebatları :

6 mm *40 cm PTFE Heparin Bağlı Erken Dönem Kanülasyon Dializ grefti

KV 2020

Prof.Dr. Ömer TETİK
Kalp Damar Cerrahisi ABD
Başkanı