

SWAN GANZ THERMODILUTION KATATER TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Katater poliüretandan yapılmış olmalıdır.
2. Katater çapı 7 Fr olmalıdır.
3. Katater uzunluğu 110 cm olmalı ve üzeri 10'ar cm aralıklar ile işaretlenmiş olmalıdır.
4. Katater paketinin içinde balon için kullanılacak 1,5 cc'lik kilitli balon enjektörü bulunmalıdır.
5. Kataterin 4 lümeni olmalıdır.
 - Balon infüzyon lümeni
 - Distal lümen
 - Proksimal lümen
 - Thermistör lümeni
6. Kataterin bolus yöntemi ile Cardiac Output ölçümü yapabilmesi için thermistör yapısında bulunmalıdır.
7. Katater heparin ve antimikrobiyal ilçe kaplı olmalıdır.
8. Katater E.O ile steril edilmiş olmalıdır.
9. Teklif veren firma teklif ettiği ürünle ilgili numuneyi istem yapan kliniğe teslim etmeli ve ürün denendikten sonra onay almalıdır.

Prof. Dr. İsmail TOPCU
C.B.U. Tip Fak. Anesteziyoloji ve
Respiratoryon A.D.
Dip. Tes. No: 154304 - 79484

INTRODUCER SHEAT SİSTEM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Introducer 8.5 French, radyoopak ve introfleks yapıda olmalıdır.
2. Paket içinde
 - 1 adet 8 Fr dilatör,
 - 1 adet dual purpose spring wire (J tipi),
 - 1 adet ince duvarlı igne,
 - 1 adet kılavuz igne,
 - 1 adet 5 cc injektör,
 - 1 adet 3 yollu musluk,
 - 1 adet katater kontaminasyon sheat,
 - 1 adet emniyet örtüsü olmalıdır.
3. Steril orijinal ambalajında olmalıdır.
4. Malzemenin üzerinde ürüne ait bilgiler, sterilizasyon yöntemi, son kullanma tarihi belirtilmeliidir.
5. Teslim edilecek malzemenin son kullanma tarihi malzemenin tesliminden itibaren en az 3 ± 1 yıl miadlı olmalıdır.
6. Teklif veren firma teklif ettiği malzemelerin UBB Lod numarası ve barkod numaralarını faturaya birlikte teslim etmelidir.

Prof. Dr. Ismet TOPCU
C.B.U. Tıp Fak. Acute Nefroloji ve
Reanimasyon A.D.
Dip. Tes. No: 145C4 79434