

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KBB ANABİLİM DALINA ALINACAK CERRAHİ ALET ALIM ŞARTNAMESİ

01. Cerrahi Aletler, paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır. İmalat veya tıbbi nedenlerle ile tamamı veya bir kısmı paslanmaz çelik dışında diğer materyallerden üretilmiş cerrahi aletlerin "teknik şartnameye cevap" metninde belirtilmesi zorunludur. Aksi halde isteklinin teklifi değerlendirme dışı kalacaktır.

02. Malzemelerin polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.

03. Cerrahi aletler tavan lambası ve mikroskop ışığı altında gözü alacak şekilde parlayan malzemeden yapılmış olmamalıdır.

04. İstekliler teklif ettikleri cerrahi aletlere ait bu şartname ve ekindeki ihtiyaç listesine göre hazırlayacakları "teknik şartnameye cevap" başlıklı belgeyi teklif dosyası içerisinde vereceklerdir. Bu belgede aşağıda örneği verilmiş tabloya göre ihtiyaç listesinde belirtilen ürün, karşılığında isteklinin verdiği ürünün katalog numarası, isteklinin teklif ettiği marka, ürünün adeti, barkod numarası ve detaylı açıklaması yer alacaktır. Bu belgeyi vermeyen veya eksik yada hatalı veren firmaların teklifleri red edilecektir. Bu belgede okunmuştur, anlaşılmıştır veya bu anlama gelebilecek cevaplar kabul edilmeyecektir. İsteklilerin bu belgenin her bir maddesine cevap vererek kabul ettiğini açıkça belirtmesi zorunludur.

04.T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 01/05/2008 tarih ve 15167 sayılı genelge hükümlerince, teklif edilen ürünlerin ihale tarihi itibarı ile ilaç ve tıbbi cihaz ulusal bilgi bankası'nda kayıtlı olması ve alımı yapılacak ürünlerin (tel sepetleri hariç) TITUBB ' de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Sağlık Bakanlığından onaylanmış barkod numaralarının " teknik şartnameye cevap " belgesinde belirtilmesi zorunludur.

Sıra no	Teklif edilen ürün katalog no	Teklif edilen Marka	Ürün açıklaması	Miktar	Teklif edilen ürüne ait Katalog sayfa no	Ürün barkod no
1	ENT 16	ÖMÜR CERRAHİ ALETLER	Fish Dura Retract or	1 ADET	76. SAYFA	ÖMÜR EM-4250

05. İhale veya Muayene Komisyonu tarafında teknik şartnamenin karşılanıp karşılanmadığına ilişkin teklif veren firmaların teklifleri ile birlikte EM-4250 numune olarak vereceklerdir. Teklif ile birlikte numune getirmeyen firmaların değerlendirme dışı bırakılacaklardır. Demoya numune getirmeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.

06. Teklif edilecek ürünlerde CE belgesi zorunludur.

07. İhaleye giren firmaya verilmeyi taahhüt ettiği aletleri üreten üretici firmanın verdiği, gerektiğinde servis hizmetini verebileceğine dair yeterlilik belgesinin aslı veya noterden tasdikli kopyesi olmalıdır.

08. Aletler aşağıda Ömür 2016 Katalogundan verilen aletlerin eşdeğeri ve yukarıda belirtilen vasıfarda olacaktır. Aynı özellikte başka markalar olabilir.

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Prof. Dr. Onur ÇELİK
Kırtkale Sit. 3. Blok Kat: 3
0312 344 144

09. Aletler Yabancı menşeyli olursa aletlerin ithal edildiğini gösteren Gümrük belgeleri

(Tip onay belgesi) beyan edilecektir. Yerli ürünler ise Ticaret Sanayi Odasından alınmış YERLİ MALİ BELGESİ sunacaklardır. Yerlilik oranı yüksek ürünler tercih sebebi olacaktır.

10. Aletler Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı piring ve benzeri malzemeden yapılmış olmamalıdır. Orjinal katalogunda belirtilen alet olmayan firmaların teklifleri değerlendirilmeyecek ve ihale dışı bırakılacaktır.

11. Teklif veren firma aletlerin kullanıldığı hastanelerle ilgili tercihen üniversite hastaneleri olacaktır referans listesi verecektir.

12. Aletlerin alımında set bütünlüğü açısından setler birlikte değerlendirilecektir. Bu nedenle firmaların tüm aletlere set olarak birlikte teklif verecektir.

Fish Dura Retractor , ÖMÜR EM-4250 benzeri , 1 adet, 165 mm uzunlukta paslanmaz çelik ten yapılmış ekartör. kolları ayrıarak 10 cm çalışma aralığı oluşturan ayarlanabilen üçüncü kolla çalışma alanı açılacak şekilde düzenlenmiş


CELAL BAYRAKTAR
Prof. Dr. Onur ÇELİK
Kardiyoloji Hastanesi
0212 444 4444