


DISPOSABLE TAB ELEKTOD TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-İşitme tarama çalışmalarında kullanılabilir olmalıdır.
- 2-Özel iletken olmalıdır.
- 3-Yapıştığı yerde iz ya da kalıntı bırakmamalıdır.
- 4-Birden fazla yapışıp sökülebilmek özelliğine sahip olmalı ve kolay yapışıp sökülmelidir.
- 5-Crocodile elektrot ile kullanılabilmelidir.
- 6-Alerji gibi yan etkileri olmamalıdır.
- 7- Ag/AgCl içermelidir.
- 8-Neurosoft marka cihazlarla uyumlu olmalıdır.


CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Prof. Dr. Onur GELİK
Kulak-Burun-Böğaz Hast. Uzmanı
Dip.No:233432144

AZ 26 İMPEDANSMETRE PRİNER KAĐIDI TEKNİL ŐARTNAMESİ

1. 150 adet olmalıdır

2. Interacoustics AZ 26 timponometri cihazı ile uyumlu olmalıdır.

3. 112-50-12:25 m. ölçülerinde olmalıdır.


CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Prof. Dr. Onur ÇELİK
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı
Dip.No:233432144