

Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi  
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları  
Dip. Teş. No: 93928  
Uzm. Teş. No: 65428

## PAPARELLA TİP - II TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- İç gapı 1.52 mm olmalıdır.
- 2- Hammaddesi silikon olmalıdır.
- 3- Mavi renkte olmalıdır.
- 4- Steril pakette olmalıdır.
- 5- Ürünlerde uluslararası standart gösterir ISO, CE standartlarından biri olmalıdır.

## FLUOROPLASTİK VENTİLASYON TÜPÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- İç çapı 1.10-1.20 mm olmalıdır.

2- Hammaddesi fluoroplastik olmalıdır.

3- Paslanmaz çelik telli olmalıdır.

4- Tüp beyaz renkte olmalıdır.

5- Steril pakelerde olmalıdır.

6- Ürünlerde uluslararası standart gösterir ISO, CE standartlarından biri olmalıdır.

Çeşitli Bayan Ginyeolo Hastanesi  
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları  
Doç. Dr. Feriye ESKİZMİR  
Dip. Tes. No: 93928  
Uzm. Tes. No: 65428

## ALTIN VENTILASYON TÜPÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- İğ gapı 1.10-1.25 mm olmalıdır.
- 2- Malzeme altın veya altın kaplama olmalıdır.
- 3- Paslanmaz gelik telli olmalıdır.
- 4- Steril pakette olmalıdır.
- 5- Ürünler 10'lu paketlerde olmalıdır.
- 6- Ürünlerde uluslararası standart gösterir ISO, CE standartlarından biri olmalıdır.

Colaj Bayar Hastanesi  
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları  
Doç. Dr. Gürkem ESKİZMİR  
Diyadin No : 93928  
Uzm. Tıp. No : 65428

Celal Bayar Üniversitesi Halk Sağlığı  
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları  
Bölümü  
Doç. Dr. Görkem ESKİZMİR  
Diy. Tıp. No: 98928  
Uzm. Tıp. No: 65428

### T-TÜP TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- İğ gapı 1.15 mm olmalıdır.
- 2- Hammaddesi silikon olmalıdır.
- 3- Mavi renkte olmalıdır.
- 4- Steril pakette olmalıdır.
- 5- Ürünlerde uluslararası standart gösterir ISO, CE standartlarından biri olmalıdır.