

NIBP KOL MANŞONU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Malzeme bölümde kullanılan monitörlerle uyumlu ve orjinal olacaktır.
2. Malzeme 25-35 cm standart yetişkin Cuff dan oluşacaktır.
3. NIBP Cuff çift tubingli olacaktır.
4. NIBP Cuff in üzerinde Arter işareti olmalıdır.
5. NIBP Cuff ı kendiliğinden yapışmalı olacaktır.
6. Malzeme 250 mmHg basıncına dayanabilir özellikte olmalıdır.
7. Malzemelerin montajı ve çalıştırılması esnasında meydana gelebilecek hasar ve arızalardan satıcı firma sorumlu olacaktır.
8. Malzemeler numuneye uygun olacaktır.
9. Malzeme cihaz üzerinde denendikten sonra kabul edilecektir.



Isı Probu Teknik Şartnamesi

- 1- Isı probu ve bölümde bulunan monitörlere uyumlu olarak tasarlanmış, üretilmiş ve orjinal olmalı. Ölçümlerde herhangi bir değer sapmasına yol açmamalıdır.
- 2- Isı probu yetişkin ve pediatrik uygulamalara uygun olmalıdır.
- 3- Muhtemel alerjik tepkileri ortadan kaldırmak için ısı probu kauçuk (lateks) içermemeli ve bu husus ürünün ambalajında veya katalogunda yer almalıdır.
- 4- Isı problemleri ambalajlanmış olarak teslim edilmelidir.
- 5- Malzeme cihaz üzerinde denendikten sonra kabul edilecektir.
- 6- Malzeme numuneye uygun olacaktır.

