

KİŞİSEL KORUNMA KİYAFETİ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Amaç, müdahale sırasında sağlık personelinin korumak, kurum içinde enfeksiyon kontrolünü sağlamaktır. Bu amaca uygun olarak hazırlanmış olan malzeme listesi ve özellikleri aşağıdadır.

Set Aşağıdaki Malzemelerden Oluşmalıdır:

1-Tulum 1 adet

Tulumlar tek kullanımlık olmalıdır.

Large ve Medium boyda olmalıdır.

Kapşonlu olmalıdır.

Tulum, çalışılan ortamda lif döküntüsü bırakmamalıdır.

Tulumun kolu, ayak bileği, yüz çevresi ve bel bölgesi lastikli olmalıdır.

Tulumlar, kullanıcıya optimum konfor sunabilmek adına nefes alabilen non woven (dokunmamış) kumaştan imal edilecek ve kumaşın üzeri nefes almayı güçleştirecek herhangi bir film, plastik veya benzeri bir tabaka ile lamine edilmiş olmamalıdır.

Tulumlar partikül ve sıvı maddeler yönünden geçirgensiz olmalıdır.

AB normlarına göre CE 120-PPE(Personal Protective Equipment) Category III sınıfında olmalıdır.

Kimyasal, elektrostatik ve radyoaktif kirliliğe karşı koruma sağlamalıdır.

2- Önlük 1 adet

Önlükler tek kullanımlık olmalıdır.

Large ve Medium boyda olmalıdır.

Önlükler çıtçıtli veya fermuarlı olmalıdır.

Önlüklerin kol kısmı lastiksiz olmalıdır.

Önlük, çalışılan ortamda lif döküntüsü bırakmamalıdır.

Önlük, kullanıcıya optimum konfor sunabilmek adına nefes alabilen non woven (dokunmamış) kumaştan imal edilecek ve kumaşın üzeri nefes almayı güçleştirecek herhangi bir film, plastik veya benzeri bir tabaka ile lamine edilmiş olmamalıdır.

Önlük, partikül ve sıvı maddeler yönünden geçirgensiz olmalıdır.

AB normlarına göre CE 120-PPE(Personal Protective Equipment) Category I sınıfında olmalıdır.

3- Antiviral Özellikli Eldiven 1 çift

Eldiven viral kontaminasyonu önleme amacı ile maksimum düzeyde koruma sağlamalıdır.

Eldiven üç kat şeklinde kopolimer termoplastik elastomerden üretilmiş olmalıdır.

Eldiven pudra içermemelidir.

Eldivenin orta tabakasında özellikle zarflı virüsler üzerinde etkili mikro damlacıklı dezenfektan ajanlar içeren biyosid bariyer olmalıdır.

Eldiven EN 1174-1 standardında olmalıdır.

Eldivenin sızdırmazlık özellikleri NF EN 455-1 AQL:1,5 standartlarına uygun olmalıdır.

CE belgeli olmalıdır.

4- Maske 1 adet

Kafa bantları ve burun mandalı kullanım açısından kolay olmalı, filtresi polipropilen ve burun yastığı poliüretan olmalıdır.

Üzerinde nefes verme sübabı bulunmamalıdır.

Latex içermemelidir.

Çapı 0.02 mikrona kadar olan tüm ince toz ve su bazlı aerosollere karşı koruma sağlamalıdır.

Nefes almayı ve konuşmayı kolaylaştırıcı ve çökmeden kaynaklanan form bozukluklarının önüne geçici tasarıma sahip olmalıdır.

FFP3 sınıfında olmalıdır.

Saklama sırasında kirlenmeyi önlemek için tek tek paketlenmiş olmalı ve bu paketler üzerinde maskenin resimli takma talimatları, maskenin standardı ve kategorisi okunabilir olmalıdır.

Kutularının üzerinde saklama sıcaklığı, nemliliği ve raf ömrü yazılı olmalıdır.

89/686/EEC (Personal Protective Equipment-PPE) kişisel koruma ürünleri direktifine uygun olmalıdır.

EN 149:2001 standardına uygun olmalı ve standarda uygunluk belgelenmiş olmalıdır.

5- Koruyucu gözlük 1 adet:

Tek kullanımlık olmamalıdır.

Kullanıcıyı kan ve diğer potansiyel enfekte vücut sıvılarına karşı korumalıdır.

Kullanım esnasında buğu yapmamalı ve antirefleksif olmalıdır.

Gözlük sapları veya bantlarının uzunluğu yüz konturlarına rahat uyum sağlayacak şekilde ayarlanabilmelidir.

Gözlük bileşenleri çarpmaya dayanıklı materyalden yapılmış olmalı ve kırılma bile yaralanmalara sebep olabilecek keskin kenarlar oluşturmamalıdır.

Hijyen ve sağlık açısından zararlı bir madde içermemelidir.

Gözlük su ile yıkanabilmeli ve yumuşak bir bezle silinebilmelidir.

PPE direktifleri doğrultusunda 89/686/EEC sayılı (Personal Protective Equipment-PPE) kişisel koruma ürünleri direktifine uygun olmalıdır.

EN 166 standardına uygun olmalı ve standarda uygunluk belgelenmiş olmalıdır.

Ferya Karadağ YALÇIN
Sağlık Hizmetleri Müdürü

