

ESWL SARF MALZEME ŞARTNAMESİ

Elektrot (Buji) Standart

1. Teklif edilen ESWL elektrotu hastanede mevcut kayıtlı Elmed Marka Multimed Classic Model ESWL Sistemi (Böbrek Taşı Kırma Cihazı) orijinal sarf malzemesi olup aynı üretici firma tarafından üretilmiş olmalı ve cihaz ile kullanımına uygun olduğunu tasdik eden onaylı belge teklif ile birlikte verilmelidir
2. Teklif edilen elektrot şok dalgası çanağının ortasına yerleştirilen standart elektrot olmalıdır.
3. Teklif edilen Elektrot uçlarının aralığı her tedaviden sonra yeniden ayarlamaya gerek duymamalıdır.
4. Teklif edilen elektrotun şok dalgası sayısı cinsinden ortalama ömrü teklifle birlikte verilmelidir.
5. Teklif veren firmanın UBB kaydı ve Sağlık Bakanlığı onayı teklif ile birlikte verilmelidir.
6. Teklif edilen elektrotun hastanede mevcut ESWL cihazı ile kullanılabileceğine dair, üretici firmadan cihaz ile kullanımına uygun olduğunu tasdik eden onaylı belge teklif ile birlikte verilmelidir.

ESWL CİHAZI WATER CUSHİON (SU YASTIĞI) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- ÜRÜN ORJİNAL LATEX MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞ OLMALIDIR.
- 2- FARMAKOLOJİK TESTLERİ YAPILMIŞ OLMALIDIR.
- 3- ŞOK DALGASI İLETİMİNİ MAKSİMUM DÜZEYDE SAĞLAMALIDIR.
- 4- HASTALARDA ALERJİ VB. HASTALIKLARA SEBEBİYET VERMEMELİDİR.
- 5- KAPALI STERİL BASKI SİSTEMLERİNDEN ÇIKMIŞ OLMALIDIR, TAHLİYE KANALI KAPALI İMAL EDİLMELİDİR. KULLANIM ESNASINDA KESİLEREK AÇILMALIDIR.
- 6- KULLANIM ÖMRÜ UZUN VE DEZENFETE EDİLEBİLİR ÖZELLİKTE OLMALIDIR.
- 7- TEDARİKÇİ FİRMANIN LITHOTRİPSY (ESWL CİHAZLARI) İÇİN TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ OLMALIDIR.
- 8- TEKLİF VEREN FİRMALAR VE ÜRÜNLERİ SAĞLIK BAKANLIĞI TITUBB BİLGİ BANKASINA KAYITLI – ONAYLI OLMALIDIR.

ESWL CİHAZI O-RİNG ŞARTNAMESİ

- 1- Latex malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- 2- Çanak çapına uyumlu esneme ölçülerine sahip olmalıdır, kolay geçirilebilmelidir.
- 3- Sarf malzemelere zarar vermemelidir.
- 4- Teklif veren firmaların Lithotripsi (ESWL Cihazları) için geçerli olan TSE Hizmet yeterlilik belgesi olmalıdır.
- 5- Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.