

Toz besiyeri teknik şartnamesi

1. Besiyerleri dehidrate ve sulandırılmaya hazır orijinal 500 gramlık ambalajları içinde olmalıdır.
2. Son kullanım tarihleri laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl olmalıdır.
3. Teslim edilen besiyerlerinin kutularının üzerinde bulunan aliminyum folyoların açılmamış ve zedelenmemiş olması gereklidir. Açılmış ve zedelenmiş olanlar yenileri ile değiştirilmelidir.
4. Besiyerlerinin tümü fda kalite belgesine veya ce belgesine sahip olmalıdır. İhaleye iştirak eden firmalar istenilen belgeleri ihale esnasında belgelemelidirler.
5. Satıcı firma teklif mektupları ile birlikte besiyerlerinin msds sertifikalarını teslim etmelidirler.
6. Teklif veren firmalar ana distribütör firma tarafından verilmiş olan yetki belgesini ve üretici firma tarafından ana distribütör firmaya verilmiş olan yetki belgesini belgelemelidir.
7. Besiyerlerinin üreticisi firma, cıslı "active membership" olmalıdır.
8. Sağlık bakanlığının ürüne vermiş olduğu ubb kaydı olmalıdır

L- glutamine teknik şartnamesi

1. Sarf malzeme 5 ml lik steril liyofilize cam flakonlarda olmalıdır.
2. Flakonların üstünde ilgili firmanın ce belge, lot no ve tarihi ayrıntılı olarak bulunmalıdır.
3. L-glutamine içeriği, firmanın kendi etiketi üzerinde belirtilmelidir.
4. 200mm konsantrasyonda olmalıdır.
5. Ref: biochrom:0281 veya eşdeğeri olmalıdır.
6. Sarf malzeme teslim edildiği tarihten itibaren en az 2 (iki) yıl sonraya uygun son kullanma tarihine sahip olmalıdır.
7. L-glutamine, ilgili laboratuvarında kullanımı sırasında sonuç vermemesi, çalışmaması durumunda satıcı firmaya koşulsuz iade edilecektir. İlgili rapor bir teknisyen ve bir öğretim görevlisi tarafından düzenlenecektir.
8. Sarf malzeme taşıma kurallarına uygun laboratuvara teslim edilmelidir.

Rpmi 1640 besiyeri

1. Steril olmalıdır.
2. (r-7755-10 lt için)(102,6 gr) ambalajda olmalıdır.
3. Üzerinde lot numarası, üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.
4. Orijinal ambalajında açılmamış olmalıdır.
5. Son kullanma tarihi teslim tarihinden en az 1 (bir) yıl olmalıdır

Asit mops serbest (sigma m 1254 veya eşdeğeri)

1. Formülü $C_7H_{15}NO_4S$ olmalıdır.
2. Molekül ağırlığı 209.3 ve serbest asit formunda olmalıdır.
3. Minimum titrasyon değeri %99.5 olmalıdır.
4. Orijinal ambalajı açılmamış ve hava almamış olmalıdır.
5. 250 g ambalajda olmalıdır.
6. Numune görülebilmeli ve laboratuvarımızda test edilerek sonuca göre değerlendirilmelidir.
7. Son kullanma tarihi teslim tarihinden en az 2 (iki) yıl olmalıdır

Prof. Dr. Hürri GAZİ
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tescil No: 127809

Prof. Dr. Hürri GAZİ
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tescil No: 127809