

film bariyeri bulundurmalı. Acısız film bariyeri yara çevresine uygulanarak cilt üzerinde hava aldıran şeffaf bir örtü oluşturmali. Hızlıca kuruyan örtü tabakası sağlam deriyi vücut sıvıları, adezif travma, sürtünme ve inkontinansdan korumalıdır.

18. Vakum yardımcı spiral formda orta boy kapama ve yıkama setinin yara yatağında bahsedilen etkilerinin hepsi, istenildiğinde firma tarafından teknik dökümanlar ile kanıtlanabilir özellikte olmalıdır.

19. Vakum yardımcı spiral formda orta boy kapama ve yıkama seti tek kullanımlık ve gamma steril olmalıdır.

20. Vakum yardımcı spiral formda orta boy kapama ve yıkama setleri tükeninceye kadar hastane kliniklerinde kalmak ve kullanılmak üzere firma tarafından hastanenin ihtiyacı kadar vakum yardımcı yara kapama ve yıkama ünitesi ücretsiz olarak sağlanmalı Verilecek vakum yardımcı yara kapama ve yıkama ünitesi hasta güvenliği ve sağlığı açısından T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.

21. Mevcut cihazlarda arıza olması halinde veya ihtiyaç duyulduğunda firma tarafından daha fazla cihaz desteği 24 saat içinde sağlanmalıdır.

22. Ürün tekli orijinal ambalajlarda bulunmalı ve tek kullanımlık olmalıdır. Ambalaj üzerinde üretim ve son kullanma tarihi, markası, teknik özellikleri, lot numarası, T.C.Sosyal Güvenlik Kurulu kontrolünden geçmiş ve T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış Ulusal Bilgi Bankası kodu belirtilmiştir olmalıdır.

23. Malzemenin raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 (iki) yıl olmalıdır.