

REZERVUARLI OKSİJEN MASKESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Maske yumuşak, tahriş etmeyen non-toksik tıbbi PVC den üretilmiş olmaktadır.
- 2- Maske, burun ve yüz yapısına anatomik olarak uygun olmaktadır.
- 3- Yetişkin ve Pediatrik hastaların yüz yapılarına uygun olacak şekilde iki ebatla üretilmektedir.
- 4- Rahatsızlık veren koku içermemektedir.
- 5- Şeffaf olmaktadır.
- 6- Nazal bölgede uygun şekilde yerleştirmeyi sağlamak için klipsi bulunmaktadır.
- 7- Hastanın başına sabitlemek için lastiği olmaktadır.
- 8- Hastanın %100 oksijen soluyabilmesi için rezervuar/torba bulunmaktadır.
- 9- Standart bağlantı konektörü bulunmaktadır.
- 10- Maske üzerinde dışarıdan inhalasyonu önleyecek ve ekshalasyonu sağlayacak iki adet geri solumasız valf bulunmaktadır.
- 11- Yıldız boşluklu tüp hortum sayesinde hortumun kaza ile kırılmasında bile oksijen iletebilmektedir.
- 12- Maskeler tekli temiz poşet içinde olmaktadır.
- 13- Maskeler tek kullanımlık olmaktadır.
- 14- Ürünün ÜBB ve UTS kaydı olmalıdır.

Doç. Dr. Alkan BAL
M.C.B.Ü.T.F. Çocuk Sağ.ve Hast.A.D.
Çocuk Sağ.ve Hastalıkları Uzmanı
Çocuk Acil Uzmanı
Dip.No:11132 Dip.Tes.No:119829