

**C.B.Ü TIP FAKÜLTESİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI LABORATUARININ ARA ALIM GEREKSİNİMİ OLAN RUTİN
SARF MALZEMELERİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME**

	Malzeme	Şartname özellikleri	Miktar	Birim
1.	Kriyostat için doku gömme maddesi (cryostat embedding medium)	Frozen kesit sırasında doku ile doku tutucu ilişkisini sağlayacak ve anında donabilecek nitelikte, yüksek viskozitede, suda çözünabilen madde, 100-200 ml'lik plastik kutularda	2	L
2.	Doku takip kasedi yastığı	Standart kasetlere tam sığacak boyutlarda (31,5x25,2 mm), kimyasal maddelerin dokuya nüfuz etmesini engellemeyecek özellikte yapay süngerden mamul, kimyasal maddelere en az 9-12 saat süreyle dayanıklı, %20'si mavi, %80'i beyaz renkte	50000	Adet
3.	Doku takip kaseti	Plastik, disposable, kendinden kapaklı ve kilitli, porçapı 1 mm, tek bölmeli, tercihan üzerinde firma ismi veya logosu bulunan	20000	Adet
4.	Mikrotom bıçağı	Disposable, paslanmaz çelikten, her bir bıçak üzerinde marka logosu bulunan, ortalama en az 60 blok kesebilecek kalitede, 50 adet/kutu	40	Kutu
5.	Pikrik asit	Kristalize, ekstra saflıkta	2	Kg
6.	Lamel	24x50 mm boyutlarında, 0,13-0,17 mm kalınlığında, en üst optik kalitede, yüzeyi tozsuz, birbirine yapışmayan, vakumlu ve nem alıcı maddeden yapılmış orijinal ambalajlı, 100 adet/kutu, IVD (in vitro diagnostic) sembolü olan	200	Kutu

DiĞER KOŞULLAR

1. Saklanma ve nakil koşulları özel olan maddeler, uygun koşullarda saklanıp nakledilmemişse kabul edilmeyecektir.
2. Tüm sarf malzemeleri varsa son kullanma tarihlerinden en az bir yıl önce teslim edilecektir.



Prof Dr Aydın İşisağ
Patoloji AD Öğretim Üyesi