PDA İÇİN SUPER STIFF FLOOPY WIRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. PDA'nın transkateter yöntemi ile kapatılması sırasında taşıma sistemine destek vermek üzere dizayn edilmiş özel bir kılavuz tel olmalıdır.
2. Teflon kaplı, gövdesi super stiff ve ucu floopy olmalıdır.
3. 0.035" çapında ve 260 cm uzunluğunda olmalıdır.
4. İyi torque kontrolüne sahip, süper elastik ve dış yüzeyi kaygan olmalıdır.
5. Ucu modified J olmalı ve J açıklığı 3 mm olmalıdır.
6. Malzemeler steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
7. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile enaz bir yıl miadlı olmalıdır.
8. Malzemenin UBB ürün kod numaraları ve barkodlarının bulunması zorunludur.
9. İhalenin uhdesinde kaldığı firma malzeme kullanıldığı gün faturasını kesecek ve 24 saat içinde hastanenin tıbbi malzeme birimine elden teslim edecektir. Firma malzeme kullanıldığını teyit etmeden fatura kesmeyecektir.

Prof.Dr.Şenol COŞK...
Çocuk Sağlığı ve Hast. Uzmanı
Pediatrik Kardiyoloji
Dip.No:6968 Dip.Tes.No:...