

PEDİATRİK OKSİJEN MASKESİ ŞARTNAMESİ

1. Maske delikli olmalıdır.
2. Burun kısmı sıkıştırabilmek için metal bir parça olmalıdır.
3. Lastikli olmalı ve başa tespit edilebilmelidir.
4. Ağız ve burunu içine alabilecek özellikte olmalıdır.
5. Disposable olmalıdır.
6. Merkezi sisteme bağlanabilmesi için şeffaf bir hortumu olmalıdır.
7. Maske beyaz renkli olmalıdır. Saydam, yumuşak, kokusuz ve vinilden olmalıdır.
8. Kenarları ve oksijen girişi yüz tahrişini en aza indirmek için pürüzsüz olmalıdır.
9. Maske dirençsiz solunum vermeye ve oksijenle çevre havasını aynı zamanda solunum alınmasına izin vermeyi sağlayacak delikleri içermelidir.
10. Maske çeneye uyumlu ve oturacak tarzda uzun ve çıkıntılı olmalıdır.
11. Maske yanlarından kolaylıkla kulak arkasına geçirilebilecek şekilde lastikli olmalı ve başa tespit edilebilir olmalıdır.
12. Lastik ufak zorlama ile kolay kopmamalıdır.
13. Ürüne onay verilmeden önce istekli firma tarafından en az 5 adet numune verilecektir.
14. Ürün komisyon tarafından değerlendirildikten sonra onaylanacaktır.
15. 2 adet numune şahit numune olarak değerlendirilecektir.
16. UTS kaydı olmalıdır.
17. Steril olmalıdır.
18. CE belgesi olmalıdır.

Bugün KAHYA
[Signature]

DAMLA SAYACI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Damla ayar seti kontrollü akışı sağlamak amacı ile yapılmış olmalı ve yer çekimi prensiplerine göre çalışmalıdır.
2. Standart iv setlere takılarak saatte 5 ml ile 250 ml sınırları içinde istenen infüzyon hızına ayarlanabilmelidir.
3. Dozimetre üzerinde gidecek miktarı gösterilen ml aralıklarını 5 ml.10ml gibi sık aralıklarla göstermelidir.
4. Firma ürününün $\pm$ %5 hassasiyetle çalıştığını belgelemelidir.
5. Damla ayar kısmı sert olmamalı ve sıvıyı akıtmamalıdır.
6. Y çıkış kısmı kauçuk olmalıdır.
7. Intraket ile set uyumlu olmalı, damla göstergesi ile damla sayısı aynı olmalıdır
8. Sayacın üzerinde 5-250 mm. Sınırları gösteren rakamlara karşılık gelen belirgin okunabilir çizgiler olmalıdır .
9. Savaş elle maniplasyona imkan verecek büyüklükte olmalı, kolaylıkla döndürülebilmelidir. Döndürme kısmında hava oluşum ve tutulumuna neden olmamalıdır.
10. Set uzunluğu en az 45 cm olmalı ve hasta yönünden y girişi olmalıdır.
11. Steril ve tek tek paketlenmiş olmalı, paketin üzerinde üretim ve son kullanım tarihi bulunmalıdır.
12. Steril ve teslimden itibaren en az 2 yıl miadlı olmalıdır.
13. Firma 5 adet numune verilecektir
14. 2 adet şahit numune olarak değerlendirilecektir
15. UTS belgesi olmalıdır.

CPU
A. Hız. Mdr. Yrd.
KARACA

