

PEDİYATRİK PLAZMA EXCHANGE (DEĞİŞTİRME) SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hastalarda santrifüj yöntemi ile tam kandan plazmanın ayrılarak alınması ve yerine replasman sıvısı verilmesi durumlarında tedavi amaçlı kullanılabilir.
 - a. Plazma değişim ana seti 1 adet
 - b. Ven iğnesi 1 adet
 - c. ACD-A solüsyonu 500 ml 1 adet
 - d. Firma işlem sırasında setlerle kullanılacak tüm tıbbi sarf malzemelerini (ACD solüsyonu, ven iğnesi) temin edecektir
2. Setler, hastanemiz Terapötik Aferez ünitesinde bulunan aferez cihazıyla işleme uygun olmalıdır.
3. Set tümü ile kapalı ve steril olmalıdır.
4. Setin alış hattının bağlantısı kateter bağlantısına uygun olmalıdır.
5. Tam kan ve ACD-A hattı bulunmalıdır. Sette bir adet replasman bağlantısı bulunmalıdır.
6. Pediyatrik hastalarda kullanıma uygun olmalıdır.
7. Sette dönüş hattında hava dedektörü bulunmalıdır. Bu hava dedektörü hastaya geri gitme ihtimali olan en küçük mikro hava kabarcığını bile tespit edip engellemelidir.
8. Ekstrakorporeal hacim hastanın total kan volümünün % 15'ini geçmemelidir.
9. Setlerin miadları en az 1 (bir) yıl olmalı, miadlarının bitmesine en az üç (3) ay kala elde kalan miktarda set firma tarafından yeni miadlı setlerle değiştirilmelidir.
10. Kullanım sırasında setlerle ilgili bir sorun çıkması durumunda firma tüm setleri sağlıklı çalıştığı kanıtlanmış yeni lot numaralı setlerle ücretsiz olarak değiştirmelidir.
11. Setlerin taşınması ve içerikleri ile ilgili her türlü hasar ya da sorun ilgili firmanın sorumluluğundadır. Set içeriklerinin eksik çıkması durumunda firma işlemleri aksatmayacak şekilde eksiklikleri gidermelidir.

Yrd. Doç. Dr. H. Mine MİSİTOĞLU
Hematoloji Uzmanı
Tıp No: 8057 Tuz. No: 50678

