

SİLİKON AĞIZLI ANESTEZİ MASKESİ

1. Ölü hava boşluğu minimum olmalıdır.
2. Şeffaf olmalı ve bu sayede hastanın ağzı gözlemlenebilmelidir.
3. Yüze tam uyumlu numaraları olmalıdır.
4. 134 dereceye kadar buhar otoklavında steril olmalıdır.
5. 22 mm/ 15 mm. girişi ile anestezi makinelerine uyumlu olmalıdır.
6. 0 ve 1 numaraları %100 silikon kafsız yuvarlak ve renk kodsuz, diğer boyları aşağıdaki gibi olmalıdır:

boyu	hasta	renk kodu
2	çocuk	yeşil
3	küçük erişkin	sarı
4	erişkin kadın	kırmızı
5	erişkin erkek	mor
6	erişkin büyük	mavi

7. Maske monoblok gövdeli ve yastıksız olmalıdır.
8. Maske hasta yanak boşluklarını doldurabilecek yumuşaklıkta olmalıdır.
9. Maske tek bir parçadan oluşmalı ,alt kısmı siyah yada sökölüp takılabilir malzemeden olmamalıdır..
10. Maske harnes ve hook kullamına uygun şekilde olmalıdır.
11. Maske renk kodlu olmalı ve renk kodları maske üzerinde çıkarılabilir sökülebilir ya da ek bir parçayla belirtilmiş olmamalıdır.
- 13.Maskenin dış kısmı uluslararası renk kodlarına uygun olmalıdır
- 14.Maskenin kabuk kısmı silikon kaplı polisülfon malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- 15.UBB/ÜTS kayıtlı olmalıdır.


Yrd.Doç.Dr.Arzu KEFİ
CBÜTF Anest.ve Rean.AD
Dip. No: 9543 - Tescil No: 100366