

SÜREKLİ FORM KAPATMA MAKİNASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Cihaz otomatik olarak kapatma işlemi yapmalıdır.
- 2- Kapatma sıcaklığı dijital olarak ayarlanabilmelidir.
- 3- Hızlı ısıtma sistemi sayesinde 40 saniyede 180 °C ulaşabilmelidir.
- 4- Gelişmiş düz seramik ısıtma elementleri sayesinde uzun süreli arıza yapmadan çalışabilmelidir.
- 5- ± 1 °C hassasiyet ile 60 ~ 220°C aralığında kapatma yapabilmelidir.
- 6- Kapatma hızı 10 m/dk olmalıdır.
- 7- Kapatma genişliği 12 mm olup sterilizasyon rulolarındaki tipte bariyerli, çok kuvvetli yapıştırma yapmalıdır.
- 8- Döner tekerlekli sistemi sayesinde her boy ruloyu kapatabilmelidir.
- 9- Otomatik soğutma sistemine sahip olmalıdır.
- 10- 480*240*150 mm ölçülerinde olmalıdır.
- 11- Ağırlığı maksimum 15 kg olmalıdır.
- 12- Kapatma kenar boşluğu 0-35 mm arasında ayarlanabilmelidir.
- 13- Maksimum 500 W gücünde olmalıdır.
- 14- Cihazın önüne koyulan roller sistemi sayesinde kapatılacak ürünlerin daha kolay taşınmasını ve yıpranmamasını sağlamalıdır.
- 15- Muayene aşamasında ISO 11607-1 e göre kapatma kontrolü açısından seal check test yapılacaktır. Geçerli sonucu vermeyen ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Uygunluk aşamasında seal check test ten 10 adet istekli firmalar tarafından tedarik edilecektir.


Ferya Kırdağ YALÇIN
Sağlık Hizmetleri Müdürü