

LABORATUVAR AKMAĐI TEKNİK ŐARTNAMESİ

1. laboratuvar akmađı aŐađıdaki zelliklerde olmalıdır.
 - 1.1. Bütan gazı ile alıŐmalıdır.
 - 1.2. Gazı bittiđinde yeniden doldurulabilir zellikte olmalıdır.
 - 1.3. Portatif olmalıdır.
 - 1.4. Cam tüpleri inceltebilmelidir.
 - 1.5. akmak ile birlikte bölüme bir adet gaz tüpü verilmelidir.

Do. Dr. B. Y. C.
Zelal Y. C.
Kadın özelinde
Eğilim No: 80142