

SU TUTUCU(D-FEND) TEKNİK ÖZELLİKLER ;

1. İstemi yapılan malzeme GE marka gaz modüllerine uyumlu yapıda olmalıdır.
2. İstemi yapılan su tutucu module kolay takılıp çıkartılabilir olmalıdır.
3. İstemi yapılan su tutucu paketi açılmamış, paket içeriğinde üretici firması tarafından hazırlanan Türkçe kullanma ve temizlik talimatı bulunmalıdır.
4. İstemi yapılan su tutucular monitörü nem, salgı ve bakteriyel kontaminasyonlardan korumalıdır.
5. İstemi yapılan su tutucu kauçuk lateks içermemelidir.
6. İstemi yapılan NIBP manşonu ilgili birim sorumlu Hemşiresi tarafından denendikten ve uygunluğu verildikten sonra kesin kabulü yapılacaktır.

100

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kemal
Lisanslı Hemşire

ÖRNEKLEME HATTI TEKNİK ÖZELLİKLER ;

1. İstemi yapılan malzeme GE marka gaz modüllerine uyumlu yapıda olmalıdır.
2. İstemi yapılan örnekleme hattı module kolay takılıp çıkartılabilir olmalıdır.
3. İstemi yapılan örnekleme hattı paketi açılmamış, paket içeriğinde üretici firması tarafından hazırlanan Türkçe kullanma ve temizlik talimatı bulunmalıdır.
4. İstemi yapılan örnekleme hattı monitörü nem, salgı ve bakteriyel kontaminasyonlardan korumalıdır. 200
5. İstemi yapılan örnekleme hattı en az iki metre uzunluğunda uç bağlantıları çevirerek takılabilir ve çıkartılabilir yapıda olmalıdır.
6. İstemi yapılan örnekleme hattı termoplastik elastomer malzemeden üretilmiş olmalıdır.
7. İstemi yapılan örnekleme hattı ilgili birim sorumlu Hemşiresi tarafından denendikten ve uygunluğu verildikten sonra kesin kabulü yapılacaktır.

Yrd. Doç. Dr. Ayhan
ÖRNEKLEME HATTI
Diyarbakır