

LİNEER KESİCİ STAPLER 55 MM

1. Disposable olmalıdır.
2. Steril orijinal ambalajında olmalıdır.
3. Aynı anda hem altı sıra zımba atma, hem de bunların ortasını kesme işi yapmalıdır.
4. Stapler kartuşsuz olarak gelmelidir.
5. Stapler oniki kez kartuş yüklenebilir olmalıdır.
6. Stapler ateşleme kolu her iki yönden ateşleme yapmaya uygun bir mekanizmaya sahip olmalıdır.
7. Stapler, üzerindeki skala aracılığıyla ateşlenecek kartuşun kapalı bacak uzunluğunu ateşleme öncesi kullanıcı tarafından ayarlanabilir özellikte olmalıdır. Stapler 3 farklı kapalı zımba bacak boyuna kapama yapabilmelidir.
8. Stapler 58 mm kesme 61 mm kapama yapma özelliğine sahip olmalıdır.
9. Boş kartuş ile doku travması olmaması için, kilitlenme özelliği olmalıdır.

LİNEER KESİCİ STAPLER 75 MM

- 1. Disposable olmalıdır**
- 2. Steril orijinal ambalajında olmalıdır.**
- 3. Aynı anda altı sıra zımba atma, hem de bunların ortasını kesme için kullanılmalıdır.**
- 4. Stapler steril paket içerisinde kartuşsuz olmalıdır.**
- 5. Stapler oniki kez kartuş yüklenebilir olmalıdır.**
- 6. Stapler ateşleme kolu her iki yönden ateşleme yapmaya uygun bir mekanizmaya sahip olmalıdır.**
- 7. Stapler, üzerindeki skala aracılığıyla ateşlenecek kartuşun kapalı bacak uzunluğunu ateşleme öncesi kullanıcı tarafından ayarlanabilmelidir. Stapler 3 farklı kapalı zımba bacak boyuna kapama yapabilmelidir.**
- 8. Stapler en az 78 mm kesi hattı, en fazla 81 mm kapama hattına sahip olmalıdır.**
- 9. Boş kartuş ile doku travması olmaması için, kilitleme özelliği olmalıdır.**

LİNEER KESİCİ STAPLER KARTUŞU 75 MM

1. Disposable olmalıdır.
2. Lineer kesici stapler kartuşunun steril orijinal ambalajında olmalıdır.
3. Lineer kesici stapler kartuşunun aynı anda altı sıra zımba atma, hem de bunların ortasını kesme için kullanılmalıdır.
4. Lineer kesici stapler kartuşunun ateşleme açık bacak uzunluğu 4,3 mm olmalıdır.
5. Lineer kesici stapler kartuşunun içerisinde en az 118 adet titanyum alaşımlı zımba bulunmalıdır.
6. Lineer kesici stapler kartuşunun zımba yuvası, ateşlenmeden zımbanın dökülmesini engellemek için altıgen yapıda olmalıdır.
7. Zımbalar kapandıktan sonra “B” formunu almalı ve korumalıdır.
8. Aynı kartuş normal kalınlıklardaki dokularda,ort/kalın kalınlığındaki dokularda,kalın dokularda kapama yapılabilmelidir.
9. Kesici bıçak kartuş üzerinde olmalıdır.
10. Lineer kesici Stapler üzerindeki bıçak 440 derece paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.
11. Her 20 (yirmi) kartuş için 1 adet stapler ücretsiz olarak verilmelidir.
12. Ürünün ÜTS kaydı ve teklif veren firmanın ÜTS bayilik kaydı bulunmalıdır.

DISPOSABLE UZUN VERESS İĞNESİ

1. Disposable Olmalıdır.
2. İğne laparoskopik prosedürlerde pneumoperitoneum oluşturmak amacıyla kullanılmalıdır.
3. İğnenin uzunluğu 150 mm olmalıdır.
4. İğnenin çapı 14 gauge olmalıdır.
5. İğnenin uç kısmı silikonla kaplı ve keskin olmalıdır.
6. İğnede bulunan kırmızı indikatör , iğnenin fasyayı geçişi anında sesli ve görsel ikaz etme özelliğine sahip olmalıdır.
7. İğne şeffaf vana ve tutaç kısmına sahip olmalıdır.
8. İğnenin ucunda koruyucu kılıf mekanizması olmalıdır.
9. Steril paketli malzeme en az 3 yıl miyadlı olmalıdır.

DISPOSABLE ENDOSKOPİK DİSEKTÖR 5 MM

1. Tamamı disposable Olmalıdır.
2. Endoskopik ameliyatlarda kullanıma uygun olmalıdır
3. Endoskopik disektör 5 mm çapında olmalıdır.
4. Endoskopik disektörün çene uzunluğu 19 mm , çene açıklığı 21mm olmalıdır.
5. Endoskopik disektörün shaft uzunluğu 31cm olmalıdır
6. Endoskopik disektör 360° rotasyon yapabilme özelliğine sahip olmalıdır.
7. Endoskopik disektör monopolar koterle kullanılabilme özelliğine sahip olmalıdır.
8. Kullanıcının manipülasyon kabiliyetini arttırabilmek için monopolar soketi tutacın arka kısmında shafta paralel olmalıdır.
9. Monopolar koter girişi dişi ve erkek soketle kullanıma uygun olmalıdır.
10. Endoskopik disektör kullanım rahatlığı ve dar alanlarda erişimi arttırabilmek için shaft 10 derecelik bir açıya sahip olmalıdır.
11. Endoskopik disektörün uç kısmı rahat kullanım açısından kıvrık ve künt , çene iç yüzeyi atravmatik tırtıklı olmalıdır.
12. Shaft kısmı , endoskopik uygulamalarda parlayarak görüntünün bozulmaması için koyu renkli yalıtkan metaryalle kaplanmış olmalıdır.
13. Steril paketli malzeme en az 3 yıl miyadlı olmalıdır.

AYARLANABİLİR LINEER KESİCİ-KAPATICI STAPLER KARTUŞU 55 MM

1. Disposable olmalıdır.
2. Lineer kesici stapler kartuşunun steril orijinal ambalajında olmalıdır.
3. Lineer kesici stapler kartuşunun aynı anda altı sıra zımba atma, hem de bunların ortasını kesme için kullanılmalıdır.
4. Lineer kesici stapler kartuşunun ateşleme açık bacak uzunluğu 4,3 mm olmalıdır
5. Lineer kesici stapler kartuşunun içerisinde 88 adet titanyum zımba bulunmalıdır.
6. Lineer kesici stapler kartuşunun zımba yuvası, ateşlenmeden zımbanın dökülmesini engellemek için altıgen yapıda olmalıdır.
7. Aynı kartuş normal kalınlıklardaki dokularda ,ort/kalın kalınlığındaki dokularda,kalın dokularda kapama yapılabilmelidir
8. Lineer kesici Stapler üzerindeki bıçak 440 derece paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.
9. Kesici bıçak kartuş üzerinde olmalıdır.
- 10.Ürünün ÜTS kaydı ve teklif veren firmanın ÜTS bayilik kaydı bulunmalıdır.