

NON ALLERJİK PUDRASIZ STERİL ELDİVEN ŞARTNAMESİ

1. 1 çift olmalıdır
2. Tek kullanımlık steril olmalıdır.
3. Anatomik yapıya uygun olmalıdır.
4. Non alerjik ve pudrasız olmalıdır.
5. Poşetin üzerinde imal tarihi ve son kullanma tarihi olmalıdır.
6. Eldiven numarası poşetin üzerinde olmalıdır.
7. Poşetin rahat açılabilmesi için bir ucunda açma işareti olmalıdır.
8. 6.5, 7, 7.5 ve 8 numara olmalıdır
9. Teslim edilecek ürünlerden en az ikişer adet numune ameliyathane sorumlu hemşiresine teslim edilecek. Bu ürünler cerrahi ekipler tarafından denendikten sonra verilecek teknik raporla bildirilecektir.
10. İhaleyi kazanan firmanın teslim edeceği ürünler verilen numuneler ile aynı lot ve UBB numarasına sahip olmalıdır.

CBÜ
Cerrahilik Hiz. Mdr. Yrd.
BİLGİ KARACA



STERİL ELDİVEN ŞARTNAMESİ

1. 1 çift olmalıdır.
2. Tek kullanımlık steril olmalıdır.
3. Anatomik yapıya uygun olmalıdır.
4. Elleri sarmalı ve sağ sol ayrımı yapılabilmelidir.
5. Çok kalın yada çok ince olmamalı ve yırtılmamalıdır.
6. Allerjik olmayan ve pudralı olmalıdır.
7. Poşetin üzerinde imal tarihi ve son kullanma tarihi olmalıdır.
8. Eldiven 6,5-7-7,5-8- no'lu olmalıdır.
9. Poşetin rahat açılabilmesi için bir ucunda açma işareti olmalıdır.
10. Üzerinde steril olduğunu gösteren renkli bir endikatör olmalıdır.
11. Teslim edilecek ürünlerden en az beş adet numune ameliyathane sorumlu hemşiresine teslim edilecek. Bu ürünler cerrahi ekipler tarafından denendikten sonra verilecek teknik raporla bildirilecektir.



Yrd. Doç. Dr. Arzu KEFI
CBÜTF Anest. ve Rean. AD
Dip. No: 9543 - Teskil No: 100366



Yrd. Doç. Dr. Arzu KEFI
CBÜTF Anest. ve Rean. AD
Dip. No: 9543 - Teskil No: 100366