

KULAK MEROSELİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ambrus tarzında dizayn edilmiş olmalıdır.
2. Meroselden imal edilmiş olmalıdır.
3. Steril olarak kullanıma hazır olmalıdır.
4. Boyutları çapı 9 mm ve uzunluğu 24 mm olarak dizayn edilmiş olmalıdır.
5. En az 2 yıl kullanım süresi olmalıdır.



CELAL BAYAR ÜNİ.HAST.
Prof. Dr. Onur ÇELİK
Kulak Burun Boğaz Hast. Uzmanı
Dip.No:233432144