

TORAKS T P  TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Plevra boşluđına uyum sađlayan esnek yapı olmalıdır.
2. Travma oluřturmayan, yuvarlatılmıř, aık distal u olmalıdır.
3. Ambalajı ift katlı steril olmalıdır.
4. Kateterlerin distal ucu 3/8x3/8 konnekt rlere adapte edilebilecek apta olmalıdır.
5. Dren  zerinde bir tarafta 3 bir tarafta 2 olmak  zere toplam beř adet deliđi olmalıdır.
6. Kateter apları 14-16-20-24-28-32 aplı olmalıdır.
7. SGK 'ya fatura edilebilmesi iin UBB numaraları, barkodları ve g ncel GMDN kodları bulunmalıdır.
8. İhale sırasında numune getirilmesi gereklidir.

YENİDOĞAN TROKARLI TORAKS T  P  TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Sistem yeni dođanlarda plevral drenaj amalı kullanılmak  zere tasarlanmış olmalıdır.
2. Kateter iinde trokar ile birlikte giriř iřlemine hazır bir řekilde temin edilmelidir.
3. Kateter řeffaf PVC'den mam l olmalıdır.
4. Kateterin izlenebilmesi iin  zerinde radyopak bir izgi ve her cm'de bir derinlik iřaretleri bulunmalıdır.
5. Drenaj iin u kısmında ve yanda birer adet drenaj deliđi olmalıdır.
6. Kateterin kalınlıđı 6F, 8F, 10 F ve 12 F olarak seilebilmelidir.
7. Kateterin proksimalinde drenaj hattı ile bađlantıyı sađlama amalı diři tip luer-lock kilit sistemi olmalıdır.
8. SGK 'ya fatura edilebilmesi iin UBB numaraları, barkodları ve g ncel GMDN kodları bulunmalıdır.
9. İhale sırasında numune getirilmesi gereklidir.