

TRANSKATATER AORTİK SELF EXPANDABLE KAPAK TEKNİK ÖZELLİK

(KR2022)

1. Kapak üç leaflet yapısına sahip ve leafletler sığır (Bovine) perikard dokudan yapılmış olmalıdır.
2. Kapak stenti nitonal materyalden olmalıdır.
3. Kapak (tam geri çekilim) full resheatable yapısına uygun olmalıdır.
4. Stent kendiliğinden genişleyen (self expandable) olmalıdır.
5. Stent yapısı kapağın takılmasından sonra koroner girişimlere elverişli geniş aralıklı bir yapıya sahip olmalıdır.
6. Kapak ölçüleri 23mm ve 25mm seçeneklerinde olmalıdır.
7. Kapak sistemi, yükleme ve taşıma sistemi ile birlikte kullanılmalıdır.
8. Kapak sistemi Transfemoral yöntem ile kullanılabilir olmalıdır.
9. Kapak sisteminde bulunan taşıma sistemi operasyon sırasında kapağın %80 oranında açılmasına uygun ve gerektiği durumda taşıma sisteminin (sheath) içine %100 oranında geri çekilebilir bir yapıya sahip olmalıdır.
10. Kapak sistemi operasyon sırasında kapağın gerekli görülmesi durumunda tekrar konumlandırılabilir olmalıdır.
11. Ürün hastaneye teslim tarihinden itibaren en az 6(altı) ay miatlı olmalıdır.
12. Kapak sistemi CE belgesine sahip olmalıdır.

Ü. Prof. Dr. Özgür BAYTURAN
CBÜ KARDİYOLOJİ AD
55635 / 94256



MALZEME/HİZMET ALMI İSTEK FORMU

(KARDİYOLOJİ ABD. ANJIYO LABORATUVARI)

Scanned by CamScanner