

Hessburg Baron Vaccum Trepan Teknik Şartnamesi

- 1-Trepan, Keratoplası ameliyatlarında kullanılmak üzere üretilmiş olmalıdır.
- 2-Hessburg-Barron tipinde,vaccumlu olmalıdır.
- 3-Bıçağı ultra sharp olmalıdır.
- 4-Ambalajında sterili olmalıdır.
- 5-6.0mm ile 9.0 arasında ölçüleri olmalıdır.
- 6- Gerekğinde istenilen ölçü ile değiştirilecektir.
- 7- CE Belgeli olmalıdır.
- 8-ÜTS ye kayıtlı olmalıdır.

YILMAZ
Ticaret Sicil No: 27080
02.04.2013