

BİPAP Ventilatör Hortumu, Filtreli

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Hava hortumu, standart çapta ve en az 180 cm. uzunlukta olmalıdır. Hortum üzerinde bulunan oksijen verme/basınç ölçüm hattına sahip olmalıdır.
- 2) Hortumun maske bağlantı ucunda ekshalasyon portu olmalıdır.
- 3) Hortumdaki basınç değişimlerine göre ekshalasyon portunun hava çıkışındaki akımın değişim grafiği, şartname cevaplarında gösterilecek ve bu bilginin referansı orjinal dökümanlarda işaretlenmiş olarak gösterilecektir.
- 4) Cihaz içinde olası bir kontaminasyonun önlenmesi ve ortamdaki enfeksiyon riskinin cihaz aracılığıyla hastaya zarar vermesinin önüne geçilmesi amacıyla, hortumun cihaz bağlantı ucunda bakteri/virüs filtresi takılı olmalıdır.
- 5) Hastada var olan enfeksiyonun, cihazın kullanım ortamına yayılmasının engellenmesi için ekshalasyon portu hava çıkışına bakteri/virus filtresi takılabilmelidir.
- 6) Hortum ucunda bulunan filtrenin, istenirse ekshalasyon portu üzerindeki hava çıkışına takılması mümkün olmalıdır.
- 7) Devre üzerinde bulunması istenen bakteri/virüs filtresi, orjinal devre seti ile birlikte paketlenmiş olmalıdır.
- 8) Hava hortumu, CPAP ve BiPAP noninvaziv ventilasyon maskelerine, trakeostomi kanüllerine hiç bir ara parça gerektirmeden kolaylıkla takılabilecek çapta olmalıdır.
- 9) Hortum dayanıklı malzemeden yapılmış olmalı ve kullanım kolaylığı açısından yeterli esnekliğe sahip olmalıdır.
- 10) Teklif ekinde malzemenin teknik şartnamesine cevaplar madde madde verilmiş olmalıdır. Teklif ile birlikte ilgili bölüme malzeme numunesi verilmelidir. Numunesi getirilmeyen veya şartnameye uygun olmayan numunelerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Prof. Dr. Ali Rıza BİLGE
Kalp Hastalıkları Uzmanı
38576 - 37235

