

Yan Dal Erişimini Kolaylaştırıcı İlaçlı Stent Teknik Şartnamesi

1. Stent boyutları 2,25 mm, 2.50 mm, 2.75 mm, 3.0 mm çap ve 15 ile 40 mm arasında en az 4 boy seçeneği olmalıdır.
2. Stent krom kobalt malzemeden lazer kesim ile kesilmiş olmalıdır.
3. Stent iç ve dış yüzeyi pürüzsüz ve parlak olmalıdır.
4. Stent sirolimus kaplı olmalıdır.
5. Stentin kapsız halinin strut kalınlığı en fazla 2.25-3.0mm çaplarında 80µm olmalıdır.
6. Stentin lezyon giriş profili 0.017 inch den fazla olmamalıdır.
7. Stentin ilaç-polimer kaplaması stentin sadece damara temas eden yüzeyinde (abiüminal) olmalı ve kaplama dizaynı stentin esneme noktalarında polimer çatlağı yaratmayacak şekilde olmalıdır.
8. Stentin distal shaftı (stent ve balon hariç) hidrofilik kaplı olmalıdır.
9. Stentin platformunda yer alan balon non-kompliant özelliğinde olmalıdır.
10. Stent taşıma sisteminin proksimal ucunda iki adet mark bulunmalıdır.
11. Stent MRI uyumlu olmalıdır.
12. Teklif edilen ürünler en az 9 ay miyadlı olmalı ve steril orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
13. Stent taşıma sisteminin alüminyum-kaplı güvenlik paketi mevcut olmalıdır.
14. Stentin CE belgesi olmalıdır.
15. SGK geri ödemesi yapılabilmesi için barkot ve UBB kodlarının olması gereklidir.
16. İhaleyi kazanan firma adı geçen malzemeyi peyderpey teslim edecektir.
17. Malzemenin sut kodu:KR1151 dir.
18. Stentlerin günlük kullanım ve fatura takibinin yakinen yapılabilmesi için teklif veren firmanın İzmir ya da Manisa'da şubesi olması tercih sebebidir.

Prof. Dr. Ali Rıza BİLGE
Kalp Hastalıkları Uzmanı
38 761 37235