

50CC ÇAM UÇLU ENJEKTÖR ŞARTNAMESİ

- 1.Enjektörler tek kullanımlık ve steril olmalıdır.
- 2.Pistonu kauçuk başlı olmalı,plastik olmalıdır.
- 3.Enjektör uç kısmı %6 eğimli çam ağacı(4cm.=2 uzunlukta 0,4cm.=2genişlikte) uçlu olmalıdır.
- 4.Enjektör ucu her çeşit foley,nelaton NG vb. kateterlerle kullanıma uyumlu olmalıdır.
- 5.Enjektör üzerinde cc ve diziyem çizgileri olmalıdır.
- 6.Pistonu kolay hareket edebilir olmalıdır.
7. Negatif basınç uygulandığında hava kaçağı yapmamalı.
8. mbalajı şeffaf,tekli ambalajlanmış ambalaj kenarkarı iyi preslenmiş ve sterilitayı bozmayacak şekilde kolay açılabilir olmalıdır.
- 9.Ambalajın üzerinde üretim ve son kullanma tarihi olmalı,raf ömrü 2 yıl olmalı.
- 10.ISO veya TSE kalite belgelerinden birine sahip olmalı ve CE uygunluğu belgelendirilmeli.
11. Çam ucunun istenildiğinde kapalı durması için kapağı bulunmalıdır.

Leyla GÜNDOĞDU ÇETİN
Başhekim Yrd.