

AMBU(PEDİATRİK) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Cihazın mevcut balonlar sıkılıp bırakıldığında kendiliğinden ilk haline dönmeli, herhangi bir alet ve cihaza gerek olmadan kolayca sökülüp takılabilmelidir.
- 2.Medikal Pvc'den imal edilmiş olmalıdır,
- 3.Pediyatrik bebekler için hazırlanan ambuda basınç 40 ± 20 cm H₂ 'yi aştığında, verilen nefesi atmosfere veren basınç rahatlatma valfine (pressure relief valve) sahip olmalıdır.
- 4.Pediyatrik ambu tek kullanımlık olmalıdır,
- 5.Çalışma sıcaklığı aralığı -20°C ila +50°C arasında olmalıdır.
- 6.Ventilasyon torba hacmi 350 – 600ml (çocuk için)
Rezervuar torba hacmi 1000 – 2500ml (çocuk için)
Rezervuar valvi 26 mm I.D. (iç çapı) (torba içine)
25 mm O.D. (dik çapı) (oksijen rezervuarına)
- 7-Cihaz ile en az iki adet airway(1ve2 nolu), iki adet pvc ağız maskesi(1 ve 2 numarası) bulunmalıdır.
- 8.Oksijen bağlantı yeri, oksijene bağlantı hortumu ve oksijen rezervuar torbası olmalıdır.
- 9.Ambularda rezervuarın altında ek oksijen giriş yeri olmalıdır.
- 10.Cihaz ile birlikte Türkçe kullanma kılavuzu verilmelidir
- 11.Cihaz poşetli halinde olmalıdır,
- 12.Bir dış gaz kaynağından ek oksijen verilmediği hallerde rezervuar kılıfı ve oksijen rezervuarı çıkarılabilmelidir.
- 13.Cihaz 2 (iki) yıl garantili olmalıdır.
- 14.ISO veya TSE kalite belgelerinden birine sahip olmalı veya CE'ye uygunluğu belgelendirilmelidir.
15. UBB ve UTS kaydı olmalıdır.

Doç. Dr. AİKAN BAL
M.C.B.U.T.F. Çocuk Sağ. ve Hast. A.B.D.
Çocuk Sağ. ve Hastalıkları Uzmanı
Çocuk Acil Uzmanı
Dip.No: 8132 Dip. Tes. No: 11922

AMBU(YENİDOĞAN) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Cihazın mevcut balonlar sıkılıp bırakıldığında kendiliğinden ilk haline dönmeli, herhangi bir alet ve cihaza gerek olmadan kolayca sökülüp takılabilmelidir.
- 2.Medikal Pvc'den imal edilmiş olmalıdır,
- 3.Pediyatrik bebekler için hazırlanan ambuda basınç 40 ± 20 cm H₂ 'yi aştığında, verilen nefesi atmosfere veren basınç rahatlatma valfine (pressure relief valve) sahip olmalıdır.
- 4.Pediyatrik ambu tek kullanımlık olmalıdır,
- 5.Çalışma sıcaklığı aralığı -20°C ila $+50^{\circ}\text{C}$ arasında olmalıdır.
- 6.Ventilasyon torba hacmi 300 ± 50 ml (yenidoğan için)
Rezervuar valvi 26 mm I.D. (iç çapı) (torba içine)
25 mm O.D. (dik çapı) (oksijen rezervuarına)
- 7-Cihaz ile en az iki adet airway(1ve2 nolu), iki adet pvc ağız maskesi(1 ve 2 numarası) bulunmalıdır.
- 8.Oksijen bağlantı yeri, oksijene bağlantı hortumu ve oksijen rezervuar torbası olmalıdır.
- 9.Ambularda rezervuarın altında ek oksijen giriş yeri olmalıdır.
- 10.Cihaz ile birlikte Türkçe kullanma kılavuzu verilmelidir
- 11.Cihaz poşetli halinde olmalıdır,
- 12.Bir dış gaz kaynağından ek oksijen verilmediği hallerde rezervuar kılıfı ve oksijen rezervuarı çıkarılabilmelidir.
- 13.Cihaz 2 (iki) yıl garantili olmalıdır.
- 14.ISO veya TSE kalite belgelerinden birine sahip olmalı veya CE'ye uygunluğu belgelendirilmelidir.
15. UBB ve UTS kaydı olmalıdır.

Doç. Dr. Alkan BAK
M.C.B.U.T.F. Çocuk Sağ ve Hastalıkları
Çocuk Sağ ve Hastalıkları Uzmanı
Dış No: 11132-86p. 145 1401