

ÇİFT KAPILI NO FROST BUZDOLABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz dondurucu bölmesi üstte olacak şekilde çift kapılı ve beyaz olmalıdır.
2. Soğutma sistemi "No Frost" olmalıdır.
3. Cihazın nem kontrolü ve fan sistemi olmalı ayrıca kapı yönü çevrilebilme özelliği olmalıdır.
4. Cihazın toplam bürüt hacmi en az 700 litre olmalıdır.
5. Soğutucu bölme +5°C-+1°C arasında çalışmalıdır.
6. Dondurucu bölme en az -20°C'ye kadar düşmelidir.
7. Her iki bölmenin sıcaklığını gösteren elektronik kontrol paneli olmalıdır.
8. Raf Sayısı en az 3 adet olmalıdır.
9. 2 adet sebzelik olmalıdır.
10. Cihazın ses (gürültü) seviyesi en çok 44 dBA veya (dB (A)) olmalıdır.
11. Cihazın enerji sınıfı en az A⁺⁺ olmalıdır.
12. Cihazın dondurma kapasitesi en az 6 kg/ 24 saat olmalıdır.
13. Üç yıl fabrika garantili olmalıdır.
14. Manisa ilinde teknik servisi ve satış ofisi olmalıdır.
15. Cihazın kurulumunda yüklenici firma sorumludur.
16. Kullanım tipi solo olmalıdır.
17. Kapı açık alarmı bulunmalıdır.
18. Aydınlatma tipi LED olmalıdır.
19. Dondurucu Bölme Net Hacmi minimum en az 150 litre olmalıdır.

Prof. Dr. Sinem AKÇAL
Celal Bayar Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji AD
Dip.Tes.No: 69173 Uzm. Dr. Sinem Akçal, No: 65000