


MALZEME İSTEK FORMU



İSTEKTE BULUNAN BİRİM :				İSTEK TARİHİ :		Depo Stok Durumu		(Varsa) En Son Alım				ONAY			
Ortopedi ve Travmatoloji A.D.				28/02/2020		İSTEK SAYISI: 4		Fiyatı		Tarih		SUT Kodu		SUT Fiyatı	
Sıra	Malzemenin Adı	Miktarı	Ölçü Birimi	İsteğin yaklaşık kullanım süresi	İstek Nedeni	Var	Yok	Miktarı	Fiyatı	Tarih	SUT Kodu	SUT Fiyatı	UYGUNDUR	UYGUN DEĞİLDİR	
1	FEMORAL STEM	1		1 (ay)	DEPODA YOKTUR	X		1	1.523,80 ₺	28/02./ 2020	AP2080	1.523,80 ₺			
2	KİLİTLEME VİDASI	1		1 (ay)	DEPODA YOKTUR	X		1	102,74 ₺	28/02./ 2020	AP3780	102,74 ₺			
3	FEMORAL HEAD	1		1 (ay)	DEPODA YOKTUR	X		1	400,90 ₺	28/02./ 2020	AP1750	400,90 ₺			
4	BİPOLAR CUP	1		1 (ay)	DEPODA YOKTUR	X		1	615,60 ₺	28/02./ 2020	AP1880	615,60 ₺			
İstekte Bulunan Birim Sorumlusu						Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi									

..... / / 2019

Prof. Dr. SEYHUN KÜRŞAT
Başhekim

ÇİMENTOSUZ PRİMER MODÜLER BİPOLAR KALÇA PROTEZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

- Femur Sistemi; stem, proksimal gövde, ve sabitleme civatasından oluşmalıdır.
- Çimentosuz stemler modüler kanalda sıkışmayı sağlayacak şekilde konik ve rotasyon önleyici kanallı olmalıdır.
- Stem shaftı porozlandırılmış olmalıdır.
- 14 ila 20 mm olmak üzere 7 ayrı çap ve 115 – 150 – 190mm olmak üzere 3 ayrı boyda olmalıdır.
- Çimentosuz proksimal gövde 4 farklı ölçüde olmalıdır. Gövdenin kumlanmış ve titanyum plazma sprej kaplı çeşitleri olmalıdır. Küre bağlantı koniği 12/14 olmalıdır.
- Stem ile konik geçme ve kilitleme vidası ile bağlantının sağlanabileceği şekilde olmalıdır.
- Boyun açısı 135° olmalıdır.
- Cerrahi sırasında değişiklik yapılmak istendiğinde çıkartmayı kolaylaştıracak tutma kanalları olmalıdır.
- Çektirme vidası gövde ile stemi kilitlemelidir. 4 farklı boyda olmalıdır.
- Civatanın kafa kısmında alyan anahtarla sıkılmayı sağlayacak anahtar yuvası bulunmalıdır.
- Modüler küre CoCrMo olmalıdır.
- Modüler küre proksimal gövdeye uygun 12/14 konik olmalıdır.
- Çap 28mm modüler küreler 5 boy seçenekli olmalıdır.
- Bipolar kap Malzemesi ASTM F138 veya ISO 5832-1 standardına uygun paslanmaz çelik alaşımı veya ASTM F 75 veya ISO 5832-4 standardına uygun CoCrMo olmalıdır.
- Bipolar Kap 42 mm. 'den başlayarak 58 mm. 'ye kadar 1'er mm. artışla 17 ölçü olmalıdır.
- İçine Lineer Bipolar Insert takılmalıdır.
- Bipolar Kap tüm yüzeyleri parlak olmalıdır.
- Bipolar Insert malzemesi ASTM F648 veya ISO 5834 standardına uygun UHMW-PE olmalıdır.
- Bipolar kap içerisine takılı olmalıdır.
- Bipolar kap iç küre kısmı ø28 mm. olmalıdır.
- Bipolar Insertü metal cup içinde tutunmasını sağlayacak segmanlı kilit sistemi olmalıdır.

ÇİMENTOSUZ PRİMER MODÜLER BİPOLAR KALÇA PROTEZİ

AP2080	KALÇA, PRİMER, FEMORAL STEM, ÇİMENTOSUZ, CoCr/TİTANYUM, KAPLAMALI - PLAZMA / POROZ
AP3780	KALÇA, REVİZYON, FEMORAL KOMPONENT MODÜLER, PROKSİMAL KİLİTLEME VİDASI-TÜM BOYLAR, CoCr/TİTANYUM,
AP1750	KALÇA, PRİMER, FEMORAL BAŞ, 28MM, CoCr/TİTANYUM,
AP1880	KALÇA, PRİMER, FEMORAL BİPOLAR BAŞ (SHELL + INSERT), TÜM BOYLAR , CoCr/TİTANYUM,