

TRANSSEPTAL NEEDLE SETİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ(KR 1052)

1. Teklif edilecek Transseptal, transseptal girişimlerde (Perkütan Mitral Valvuloplasti, Hemodinamik ve Elektrofizyolojik çalışmalar vs.) sol atriuma septumu delerek geçişi (Septostomy) mümkün kılabilmeli, böylece diagnostik veya tedaviye yönelik işlemlerin yapılmasına olanak sağlamalıdır.
2. Her bir set bir adet needle ve bir adet paslanmaz çelikden yapılmış Stylet'dan oluşmalıdır.
3. Verilecek needle 71 (yetmişbir) cm uzunluk ve 18 (onsekiz) gauge çapında olmalıdır.
4. Her bir needle üzerinde kıvrık ucun yönünü gösteren pointer'a sahip olmalıdır

Prof. Dr. Mustafa Örcer Saylı


8F TRANSSEPTAL INTRODUCER TEKNİK ŞARTNAMESİ(KR 1051)

1. Teklif edilecek Transseptal Introducer, transseptal girişimlerde (Perkütan Mitral Valvuloplasti, Hemodinamik ve Elektrofizyolojik çalışmalar vs.) sol atriumda diagnostik veya tedaviye yönelik işlemlerin yapılmasına olanak sağlamalıdır.
2. Verilecek malzeme Hemostasis Valveli ve SidePortlu Introducer Sheath ve Dilatörden oluşmalıdır.
3. Verilecek malzeme 71 (yetmişbir) cm uzunluk ve 18 (onsekiz) gauge çapında Transseptal Needle ile uyumlu olmalıdır.
4. Verilecek malzeme 60 (altmış) cm (± 2 cm) uzunluğunda olmalı ve kullanılabilecek maksimum GuideWire çapı 0.032" (sıfırnoktasıfirotuziki inç) olmalıdır.
5. 8F dilatörünün uzunluğu 67 (altmışyedi) cm olmalıdır.
6. 8F curved sheath in markırı w/Tip olmalıdır.
7. Introducerların distal kısmından yıkama ve/veya kontrast madde verme gibi işlemlerin yapılmasını sağlayan bir sideport'u bulunmalı, sideportun da en az iki manifoldu bulunmalıdır.
8. Introducerların kateter holunün proksimalde kalan dış ucunda fiksasyon yapılabilmesi için küçük bir sutur halkası olmalı ve bu uç kanamaya engel olan Hemostasis Valve sistemi ile donatılmış olmalıdır.
9. Dilatörün ptoksimalde kalan kısmı santimetre cinsinden skalalı olmalıdır.
10. Dilatör ve Hemostasis Valve sisteminin tam kapalı hali ile sabit kalmasına olanak veren Snap Lock özelliğinin bulunması tercih sebebidir.

Prof. Dr. Mustafa Örcer Soyak

STEERABLE SHEATH (DONDURARAK ABLASYON İÇİN) KR1050

1. Sistem steerable sheath ve dilatatörden oluşmalıdır.
2. Sheath'in uzunluğu 81 cm ve dilatatörün uzunluğu 87 cm olmalıdır.
3. 9 Fr ve 10,5 Fr kataterlerle kullanılmaya uygun seçenekleri olmalıdır.
4. Sheath'in ucundan 5 mm geride radioopak marker bulunmalıdır.
5. Sheath'in ucu unidirectional olarak 135°'ye kadar yönlendirilebilmeli, 90°'de 55mm'ye ulaşabilmelidir.

Prof.-Dr. Mustafa Özcan Saylı



DAİRESEL VEN HARİTALAMA KATATERİ (KR1053)

1. Katater pulmoner venlerin elektriksel iletimini haritalamak için dairesel olarak dizayn edilmiş olmalıdır.
2. Kataterin kalınlığı en fazla 3.3 Fr olmalıdır.
3. Kataterin uzunluğu 165 cm olmalıdır.
4. 15 mm ve 20 mm loop seçenekleri olmalıdır.
5. Katater eşit aralıklı 8 elektroda sahip olmalıdır.
6. Elektrotların uzunluğu 1 mm olmalıdır.
7. Elektrot aralığı 15 mm loop için 4mm; 20 mm loop için 6 mm olmalıdır.

Prof.-Dr. Mustafa Özcan Bojı

KRIO (CRYO) BALON ABLASYON KATETERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ(KR1047)

1. Kateter seti pulmonerven izalasyonu için dokunun dondurularak iletimin sonlandırılmasında kullanılmalıdır.
2. Dondurmalı balon ablasyon kateteri 23mm veya 28 mm çapında olmalıdır.
3. Balon uniform soğutma için 8 jete sahip olmalıdır.
4. Güvenlik amacıyla iç içe 2 balona sahip olmalıdır ve bu balonlar arasında sıvı sensörü bulunmalıdır.
5. Kataterde güvenlik amacıyla sıvı sensörü, kan sensörü ve basınç sensörü olmalıdır.
6. Kataterde ısıyı ölçmeye yarayan thermocouple sensörü bulunmalıdır.
7. Şaft kalınlığı 10,5Fr., uzunluğu 140 cm olmalıdır.
8. Kateter ucu bidirectional 45° yönlendirilebilmelidir.
9. Ablasyon yapıldığında kateter ucu dokuya yapışmalı, böylece ablasyon işlemine geçildiğinde yalnız o bölgenin daha düşük sıcaklıklara soğutulması sağlanabilmelidir.

Prof. Dr. Mustafa Özca Saylı
S

MALZEME/HİZMET ALIMI İSTEK FORMU

(KARDİYOLOJİ ABD. ANJİYO LABORATUVARI)



S N .	Malzemenin Adı	Miktarı	Ölçü Birimi	İsteğin yaklaşıklık kullanımı süresi	MAL ID	(Varsa) En Son Alım				SUT Kodu	SUT Fiyatı
						Depo Stok Durumu	Miktarı	Fiyatı	Tarih		
1	KRIO(CRYO) BALON ABLASYON KATETERİ	1	ADET	 (ay)	ÖZLEM DİNÇ isimli hastada kullanılmak üzere	Var	Yok		 / / 201..	KRI047	
2	DAİRESEL VEN HARİTALAMA KATETERİ	1	ADET	 (ay)	ÖZLEM DİNÇ isimli hastada kullanılmak üzere				 / / 201..	KRI053	
3	STEERABLE SHEATH (DONDURARAK ABLASYON İÇİN)	1	ADET	 (ay)	ÖZLEM DİNÇ isimli hastada kullanılmak üzere				 / / 201..	KRI050	
4	8F TRANSSEPTAL INTRODUCER	1	ADET	 (ay)	ÖZLEM DİNÇ isimli hastada kullanılmak üzere				 / / 201..	KRI051	
5	TRANSSEPTAL NEEDLE SETİ	1	ADET	 (ay)	ÖZLEM DİNÇ isimli hastada kullanılmak üzere				 / / 201..	KRI052	
				 (ay)					 / / 201..		
				 (ay)					 / / 201..		
				 (ay)					 / / 201..		
				 (ay)					 / / 201..		

PROF.DR.MUSTAFA ÖZCAN SOYLU