



of George Burdette June 1866 1866

[illegible]

Tek Parçalı Penil Protez, Malleable Teknik Şartnamesi

(SMT1677)

1. Penil protez vücuda uyumlu silikon materyal olmalıdır.
2. Protez hasta tarafından gizleme amaçlı büküldüğünde sabit kalabilmesi için nikel titanyum tel üzerinde silikon kaplı olmalıdır.
3. Protez vitro olarak 135 derece bükülebilmeli ve kolay yerleştirilmelidir.
4. Protez 9,5 mm, 11 mm, 13 mm olacak şekilde 3 farklı çapta olmalıdır. Protezin boyu proksimal ucundan kesilerek kısaltılabilmelidir.
5. 9,5 mm çaplı protezlerin uzunluğu 23 cm, 11 mm çaplı protezlerin uzunluğu 25 cm ve 13 mm çaplı protezlerin uzunluğu ise 27 cm olmalıdır. 23 cm olan protezlerin boyları 14cm, 25 cm olan protezlerin 16 cm, 27 cm olan protezlerin ise boyları 18 cm'ye kadar kısaltılabilmelidir.
6. Ambalaj içerisinde gerektiğinde kullanılması için 2'şer adet 0,0 cm, 0,5 cm ve 1 cm arka uzatma parçaları olmalıdır.
7. Tedarikçi işlem sırasında Buji seti ve Ölçüm çubuğunu her ameliyatta hastaneye sağlamak zorundadır.
8. Tedarikçi işlem sırasında istenilen boy değişikliklerini sağlamak zorundadır.

Prof. Dr. Bülal GÜMÜŞ
Cela Bayar Üniversitesi Tıp Fak.
Uroloji A.B.D.
D/p.No. 3185 Tescil No. 33085