

N-GAGE NİTİNOL BASKET KATETER TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Basket kateter üriner kanaldan taş ve yabancı cisim çıkarmaya uygun olmalıdır.
2. Basket kateterin uzunluğu 115 cm ve çapı 1,7 fr veya 2,2 fr. olmalıdır.
3. Basket kateterin ayak kısmı 3 telden uç kısmı ise dalgalı 3 nitinol telden oluşmalıdır.
4. Basket Kateter nitinol telden ve fleksible yapıda king yapmayan güçlü, dirençli olmalıdır.
5. Basket açıldığında piramit görünümlü olmalıdır ve balık ağzı şeklinde açılarak taşı karşıdan kavramaya uygun yapıda olmalıdır.
6. Basket kateter kapalı halde iken düz ve basketin tüm nitinol bileşenleri kılıf içinde olmalıdır.
7. Basket kateterin açılmış çapı 8mm veya 11mm olmalıdır.
8. Kateterin üzerinde hand lı olmalıdır.
9. Tek elle kullanıma imkan veriyor olmalıdır.
10. Kateter üretere zarar vermeyecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
11. Basket 7.5 Fr kalınlığındaki 250 dereceden fazla defleksiyon kabiliyeti olan fleksible ureterorenoskoplar ile kullanılırken, basket aletin maksimum defleksiyon kapasitesini 12 dereceden fazla bozmamalıdır.
12. Basket 7.5 Fr kalınlığındaki 250 dereceden fazla defleksiyon kabiliyeti olan fleksible ureterorenoskoplar ile kullanılırken, basket alete takılı haldeyken 2 metre su basıncı altında dakikada en az 20 ml irrigasyon gidişine izin vermelidir.
13. Basket fleksible ureteroskoplar ile kullanılırken aletin su kaçırmasını engelleyerek, iyi bir görüntü altında çalışmaya kolaylık sağlayan, genişliği kendi üzerinden ayarlanabilen adaptörde basketle beraber aynı steril kutu ile verilmelidir.
14. Hepsi aynı paket içinde ve steril olmalıdır.
15. Paketin üzerinde sterilizasyon tarihi ve son kullanım tarihi belirtilmiş olmalıdır.

Prof. Dr. Tolga Nurgün

FLEXOR URETERAL ACCESS SHEATH
9.5 FR 45 CM
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Set 1 adet sheath ve buna uyumlu 1 adet obtüratörden oluşmalıdır.
2. Endoskopik ürolojik işlemler sırasında endoskopik cihazların idrar yollarına güvenli geçişini kolaylaştıran bir kanal kurmak için kullanılmalıdır.
3. Dilatör üzerindeki kilit mekanizması, kılıf ve dilatörün aynı anda ilerletilmesi için olanak sağlamalıdır.
4. Kılıfın ve dilatör ucunun dış yüzeyi, yerleştirme işlemini kolaylaştırmak için düşük sürtünmeli, kaygan bir yüzey oluşturmak için hidrofilik kaplı olmalıdır.
5. Access sheath in hub kısmı obtüratörün sheath içerisine kolayca verilebilmesi için geniş ağızlı yapıda dizayn edilmiş olmalıdır.
6. Access sheath in hub kısmında bulunan karşılıklı iki delik bulunmalıdır ve işlem esnasında sheath in sabitlenebilmesi için bu delikler sütür geçirilmeye uygun olmalıdır.
7. Sheath in iç lümeni uygun esnekliği sağlamak ve kink riskini minimuma indirmek için sarmal yapı ile örülmüş olmalıdır.
8. Dilatörün distal kısmı tapered yapıda 6 fr çapında olmalı ve pürüzsüz dilatasyona olanak sağlayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
9. İç lümen, cihazın içerisinden güvenli bir şekilde geçişini ve çıkarılmasını kolaylaştırmak için PTFE kaplamaya sahip olmalıdır.
10. 9.5 FR çap ve 45 cm uzunluk seçenekleri olmalıdır.
11. Paketin üzerinde sterilizasyon yöntemi ,tarihi ve son kullanım tarihi belirtilmiş olmalıdır.
12. Ürünün CE belgesi olmalıdır.

Prof. Dr. Taha Mergul
Taha Mergul

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Ref A- To the Wreath

AMPLATZ RENAL KILIF TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Önceden kurulmuş bir nefrostomi sistemini korumak için ve bir çalışma kanalı oluşturma amaçlı kullanılmaya müsait şekilde üretilmiş olmalıdır.
- 2-Teklif Edilen Ürünün dış kılıfı (sheath) 30 Fr ve uzunluğu en az 16 cm olmalıdır.
3. Renal kılıflar sağlam, bükülmeye karşı dayanıklı ve PTFE elyafından oluşmalıdır.
- 4.Hepsi aynı paket içinde ve steril olmalıdır.
- 5.Paketin üzerinde steril tarihi ve son kullanım tarihi belirtilmiş olmalıdır.
- 6.Ürünün CE belgesi olmalıdır.

Prof. Dr. Tolga Mengüç

