

URETERAL ACCESS SHEAT [10/12Fr 46 cm]

Teklif edilen Üreteral Access Kılıfı ,

1. RİRC Böbrek taşlarının tedavisinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır .
2. FleksiblÜreterorenoskop cihazları ile kullanıma uygun olmalıdır.
3. Kılıf iç çapı 10Fr. ve uzunluğu 46 cm olmalıdır.
4. Radyopakdilatör ve kılıf yapısı sayesinde floroskopik görüntü alınabiliyor olmalıdır.
5. Hidrofilik PTFE kaplama sayesinde , üreter ile kılıf arasındaki sürtünme en aza indirilerek kılıfın üreter kanalında rahat ilerlemesi sağlanmalıdır.
6. Sarmal paslanmaz çelik sayesinde kılıf dayanıklılığı artırılmış olup , kılıf bükülmelerine mahal vermemelidir.
7. Dual Durometer kılıf dizaynı sayesinde anatomik bölgeye göre ihtiyaç duyulan kılıf sertliği sağlanabilir olmalı ; kılıf sertliği distal uçtaki 80 mm şeffaf kısımdan mavi kısma geçtiğinde ideal fleksibilitayı sağlamak için artmalıdır.
8. AtravmatikDilatör uç dizaynı 6 - 10 Fr. dilatasyon sağlamalı, max. 0.038" klavuztel ilekullanıma uygun olmalıdır.
9. Patentli handle ve klip dizaynı kılıf ile dilatörü birbirine kilitleyebilir özellikte olmalıdır.
10. Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamında ürün teklif eden istekliler, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği gereği Satış Merkezi Yetki Belgesini ihale dosyasında sunmalıdırlar.