

6 F 2 LÜMENLİ SİSTOMETRİ KATETERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Malzeme yumuşak PU'den imal edilmiş olmalıdır.
2. Toplam kateter uzunluğu 60 cm olmalıdır.
3. Basınç ölçüm kanalı %50 sıvı, %30 basınç oranında olmalıdır.
4. Kateter 6 F kalınlığında olmalıdır.
5. Malzeme steril ve orijinal ambalajında olmalıdır.
6. Hastaya kolay yerleştirilebilmelidir.
7. Teklif edilen ürünler CE onaylı olmalıdır.
8. Kateter uçları sıvı sızdırmayacak nitelikte olmalıdır.
9. Ürodinami kateterinin bağlantı uçları pump tubing set'e (pompa infüzyon hattı) ve measuring tubing'e (bağlantı hattı) uyumlu olmalı, sıvı sızıntısına neden olmamalıdır.
10. Cihaza uyumlu ve yüksek kalite standartlarında olmalıdır.

8 F SİSTOMETRİ KATETERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Malzeme yumuşak PU'den imal edilmiş olmalıdır.
2. Kateterin toplam uzunluğu 70 cm olmalıdır.
3. Basınç ölçüm kanalı %50 sıvı, %30 basınç oranında olmalıdır.
4. Kateter 8 F kalınlığında olmalıdır.
5. Malzeme steril ve orijinal ambalajında olmalıdır.
6. Hastaya kolay yerleştirilebilmelidir.
7. Teklif edilen ürünler CE onaylı olmalıdır.
8. Kateter uçları sıvı sızdırmayacak nitelikte olmalıdır.
9. Ürodinami kateterinin bağlantı uçları pump tubing set'e (pompa infüzyon hattı) ve measuring tubing'e (bağlantı hattı) uyumlu olmalı, sıvı sızıntısına neden olmamalıdır.
10. Cihaza uyumlu ve yüksek kalite standartlarında olmalıdır.

12 F 2 LÜMENLİ REKTAL KATETER TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Malzeme yumuşak PU'den imal edilmiş olmalıdır.
2. Kateterin toplam uzunluğu 70 cm olmalıdır.
3. Kateter 12 F kalınlığında olmalıdır.
4. Kateterin balon kısmı lateksten imal edilmiş olup, rektumda kolayca şişebilmelidir.
5. Malzeme steril ve orijinal ambalajında olmalıdır.
6. Hastaya kolay yerleştirilebilmelidir.
7. Teklif edilen ürünler CE onaylı olmalıdır.
8. Kateter uçları sıvı sızdırmayacak nitelikte olmalıdır.
9. Ürodinami kateterinin bağlantı uçları pump tubing set'e (pompa infüzyon hattı) ve measuring tubing'e (bağlantı hattı) uyumlu olmalı, sıvı sızıntısına neden olmamalıdır.
10. Cihaza uyumlu ve yüksek kalite standartlarında olmalıdır.