

ÜÇ LUMENLİ KATETER SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kateter, poliüretan, radyopak olmalıdır.
2. Ponksiyon kanülü, hava embolisi ve kan kontaminasyon riskini önlemek amacıyla enjektör çıkarılmadan kılavuz telin ilerletilmesine imkan tanıyan valfli; (18 G) çapında, en fazla 70 mm uzunluğunda olmalıdır.
3. Kateter, çok ince lubrikasyonlu soft uçlu olmalıdır.
4. Kateterin kolay okunabilir uzunluk işaretleri olmalıdır.
5. Üç lumenli kateter, en fazla 20 cm uzunluğunda, 7 F (1.lumen:16 G, 2.lumen: 16 G) olmalıdır.
6. Kateterde, hareketli fiksasyon kanatları ve bunu sabitleyen ikinci bir fiksasyon klipi olmalıdır.
7. Kateterde valfli kapak olmalıdır.
8. Kılavuz tel, kink yapmayan nitinol materyalinden imal edilmiş olmalıdır.
9. Kateterde, farklı renkler ile kodlanmış, transparan uzantı tüpleri ve bunlarda uygulamanın kısa süreli durdurulması için klemp olmalıdır.
10. Kılavuz tel, fleksibl J uçlu, tek el ile kullanılabilen ergonomik özel kılıfta, uzunluk işaretli olmalıdır.
11. Kılavuz tel, en fazla 50 cm olmalıdır.
12. Dilatatör olmalıdır.
13. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lot no, ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.
14. Son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
15. Teklif edilen ürün T.C İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına(TITUBB)kayıtlı ve T.C Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.
16. Yüklenici firma, ürüne ait marka adı,model,barkod numarası,üretici firma adı,firmaya ait malzeme kodu bilgilerini yazılı olarak ürün ile birlikte teslim etmelidir.
17. Yüklenici firmalar, ürüne yönelik uygunluk değerlendirmesi yapılacağından ürün numunelerini önceden teslim etmelidir.
18. ÜTS'ye kayıtlı olmalıdır.


Prof. Dr. Tülin Özülge
Dip. Sic. No: 42356-33661